



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ



ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 1-06-2017

ΠΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα Διαβούλευση για την σύνταξη προδιαγραφών ενδοφακών

Σχετικά με τις παρατηρήσεις της εταιρίας Sidafarm Greece, με αρ.πρωτ.5374 ημερ.18/5/17

η επιτροπή κρίνει ότι η ειδικής σχεδίασης οπή στη βάση κάθε αγκύλης του ενδοφακού, εξασφαλίζει τη βέλτιστη μετεγχειρητική προσαρμογή και σταθερότητα του μοσχεύματος στον καψικό σάκο. Έτσι διασφαλίζεται ποιότητα όρασης δίχως συνήθη διαθλαστικά σφάλματα. Επιπροσθέτως οι οπές δίνουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα στον χειρουργό για ασφαλέστερους και ακριβέστερους χειρισμούς του μοσχεύματος στον καψικό σάκο.

Σχετικά με τις παρατηρήσεις της εταιρίας ΜΕΝΤΙΚΑΛ ΛΑΙΤ, με αρ.πρωτ.5374, ημερ.18/5/17 και μετά από εμπειρία πολλών ετών, θεωρούμε ότι είναι ασφαλέστερο στους προφορτωμένους φακούς μιας χρήσεως, το ακροφύσιο να είναι ελεγχόμενου βάθους για αποφυγή σοβαρών επιπλοκών κατά την τοποθέτηση των ενδοφακών (ρήξη οπισθίου περιφακίου κλπ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2.ΤΣΙΓΚΟΥΝΗ ΣΟΦΙΑ

3.ΜΑΡΙΝΑΚΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ