

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕ
ΤΟΥΡΜΠΙΝΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ (Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ)**

Στην Σπάρτη, στις 17/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., στην Υποδιεύθυνση Τεχνικού της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης, συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ' αριθ. 3η/24-02-2017 (θέμα 9ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να αποφανθεί επί των παρατηρήσεων Τεχνικών Προδιαγραφών Δημόσιας Διαβούλευσης της εταιρείας Draeger Hellas A.E.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:

- κ. Αλειφέρης Εμμανουήλ, Δ/ντης Πνευμολογίας
- κ. Κούτουκας Παντελής, Επιμελητής Β' Παθολογίας
- κ. Τσορομώκος Δημήτριος, Προϊστάμενος Τεχνικού & ΒΙΤ, κλάδου ΤΕ Μηχανικών

Η επιτροπή προχώρησε στη σύνταξη του παρακάτω πρακτικού αφού έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις – σχόλια της ανωτέρω εταιρείας. Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του κατέληξε στο εξής:

Οι τρόποι αερισμού που προτείνονται από την εταιρεία Draeger Hellas A.E. δεν είναι οι ζητούμενοι με βάση τις ανάγκες του Νοσοκομείου Λακωνίας. Αναλυτικότερα, ζητείται ο φορητός αναπνευστήρας να διαθέτει τους κάτωθι τρόπους αερισμού:

- Ελεγχόμενο και υποβοηθούμενο αερισμό με πίεση (Pressure Control Ventilation).
- Ελεγχόμενο και υποβοηθούμενο αερισμό πίεσης ελεγχόμενου όγκου.
- Αερισμό με υποστήριξη πίεσης (Pressure Support).
- Αερισμό με υποστήριξη πίεσης (Pressure Support) με εγγυημένο όγκο αναπνοής.
- Αερισμό με CPAP.
- Αερισμό άπνοιας.

Αντί των παραπάνω, η Draeger Hellas A.E. προτείνει τους παρακάτω τρόπους αερισμού:

- Υποχρεωτικό αερισμό ελεγχόμενου όγκου και ελεγχόμενου υποβοηθούμενου όγκου (VC-CMV, VC-AC)
- Αερισμό συνεχούς θετικής πίεσης SPN-CPAP με και χωρίς (κατ' επιλογή του χειριστή) υποστήριξη πίεσης
- α) Μη Επεμβατικό Αερισμό (NIV) – με χρήση μάσκας
- β) Αερισμό άπνοιας
- γ) Αερισμό κατά την διάρκεια ΚΑΡΠΑ, με δυνατότητα άμεσης επιλογής

Δεδομένου ότι, ο φορητός αναπνευστήρας θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις παρούσες ανάγκες του Νοσοκομείου Λακωνίας, η επιτροπή δεν κάνει αποδεκτές στο σύνολό τους τις παρατηρήσεις – σχόλια της εταιρείας Draeger Hellas A.E.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Εμμανουήλ Αλειφέρης

Παντελής Κούτουκας

Δημήτριος Τσορομώκος