



2/11/17

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Ημερομηνία : 02/11/2017

Αρ. Πρωτ. :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ - P.O. 23100 - Tel. 2731093231 - FAX. 2731029068)

Ενδούχο: Φ/Α/17  
Καν/ση: 02-11-17 X  
Προς: X

Υποδιεύθυνση Διοικητικού  
Τμήμα Προμηθειών  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 11892  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2/11/17

Θέμα: Παρατηρήσεις εταιρείας Bard επί των προδιαγραφών χειρουργικών μοσχευμάτων (πλέγματα) για λαπαροσκοπική χρήση. (έγγραφο υπ' αριθ. 11530/24-10-2017)

Σε απάντηση των ανωτέρω παρατηρήσεων που επισημαίνονται από την εν λόγω εταιρεία, υπογραμμίζεται η επικεφαλίδα των προδιαγραφών που αφορούν αποκλειστικά πλέγματα για λαπαροσκοπική χρήση. Οι προδιαγραφές που προτείνεται να προστεθούν αφορούν άριστα ποιοτικά πλέγματα αλλά για χρήση τους σε ανοικτή χειρουργική και τοποθέτησή τους μέσω 'μικρότερης τομής' όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Δύναται να ληφθούν υπ' όψιν σε μελλοντική προκήρυξη που θα αφορούν πλέγματα συνολικά ανοικτής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής αλλά όχι στις παρούσες που αφορούν αποκλειστικά λαπαροσκοπική χειρουργική.

Μετά τηρήσεως  
Σωτήριος Σωτηρίου  
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής  
Ν.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ  
ΔΙ. ΣΩΤΗΡΙΑΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΛΕΥΣΣΑΝΗ 102664812 ΣΠΑΡΤΗ