

Β' ΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Σε εκτέλεση της υπ' αρ. 3^{ης}/24-10-2017 (θέμα 14^ο) απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου & της υπ' αρ. 163/05-09-2017 απόφασης του Διοικητή του Γ. Ν. Λακωνίας λαμβάνοντας υπόψη το υπ' αρ. 11525/24-10-2017 έγγραφο της εταιρείας ZIMMER HELLAS ΕΠΕ σημειώνουμε τα εξής:

Για το ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΩΣΕΩΣ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΘΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ (ΚΟΝΤΟΣ ΗΛΟΣ) με α/α Παρατηρητηρίου 40.7.60/505,00€ το εντάσσει στον α/α: 40.7.63/696,95 (ΜΑΚΡΥΣ ΗΛΟΣ υπάρχει αντίστοιχη κατηγορία στις προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές) και δεν αναφέρει Α. Μ Παρατηρητηρίου για περιφερικές βίδες, τάπες και οδηγούς, επίσης δεν αναφέρεται αν είναι cannulated.

Στις ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΗΜΙΑΙΩΝ & ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ, από κράμα τιτανίου με α/α Παρατηρητηρίου 35.6.46/862,08€ δεν αντιστοιχίζει στο Παρατηρητήριο Τιμών βίδες cortical, cancellous locking ή πολυαξονικές.

Στις ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΟΥ, από κράμα τιτανίου αντιστοιχίζει στο Παρατηρητήριο Τιμών με Α.Μ 35.6.46/862,08€ ενώ η επιτροπή για αντιμετώπιση αυτού του τύπου κατάγματα προτείνει το Α.Μ 40.9.30/565,00€ & 40.9.31/565,00€ με χαμηλότερη τιμή, επίσης δεν αντιστοιχίζει στο Παρατηρητήριο Τιμών βίδες cortical, cancellous locking ή πολυαξονικές.

Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ότι οι προτάσεις της εταιρείας ZIMMER HELLAS ΕΠΕ δεν γίνονται αποδεκτές για τους λόγους που αναλύονται ανωτέρω.

Για τη Ν. Μ. Μολάων για την καλύτερη κάλυψη του Νοσοκομείου προστέθηκαν κατηγορίες οστεοσυνθετικού υλικού από είδη που είχαν αρχικά ενταχθεί μόνο για τη Ν. Μ. Σπάρτης, οι οποίες κατηγορίες αναλύονται στο συνημμένο αρχείο.

Κατόπιν των ανωτέρω οι τεχνικές προδιαγραφές & πρότυπα εισαγωγής παρακαταθηκών οστεοσυνθετικού υλικού παραμένουν όπως κατατέθηκαν με το υπ' αρ. 11009/10-10-2017 πρακτικό μας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. κ. ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. κ. ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. κ. ΤΣΕΡΠΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ