



Φ/1/17  
21-5-18

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛ.ΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ**

Ημερομηνία	-5-2018
Αρ. Πρωτ.	

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5567

ΠΡΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/05/18

**ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**ΕΝΤΑΥΘΑ**

Σας καταθέτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές του Μηχανήματος παθητικής κινητοποίησης ποδ/κής του Φυσικοθεραπευτήριου σύμφωνα με την αρ. 132/17-4-2018 απόφαση του Διοικητή με την οποία οριστήκαμε μέλη της Επιτροπής τεχνικών προδιαγραφών.

Τεχνικές Προδιαγραφές Μηχανήματος Παθητικής κινητοποίησης Ποδ/κής

1. Είδος Μηχανήματος Συσκευή παθητικής Ποδ/κής ARTROKOT SP3 ST
2. Πελματιαία-Ραχιαία κάμψη 50°-0ο-40°
3. Ανάσπαση έσω-έξω χείλους 40π-0ο-20°
4. Ταχύτητα 5% έως 100%
5. Ρύθμιση παύσεως 0-59 sec
6. Ρύθμιση για ασφάλεια Ασθενούς
7. Χειριστήριο παύσης εκτάκτου ανάγκης
8. Σύστημα αποθήκευσης σε κάρτα κνήμης
9. Σύστημα προθέρμανσης

**Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

1. Καλκάκη Μαρία
2. Νικολακάκος Φίλιππος
3. Κουλογεωργίου Μηλιά