

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 8094  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/08/20

20DIAV000012729 (χιον)  
2020-09-01

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
6<sup>η</sup> Υ.Π.Ε.  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

Οικουμενικό ιατρο-  
γενέ τμήμα  
11/8/20

ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ  
11/8/2020  
654Β

Μολάωι 11-08-2020

Πρακτικό – Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προληπτική & Επανορθωτική Συντήρηση του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (αναισθησιολογικό μηχάνημα, χειρουργική τράπεζα και κλίβανος ατμού) της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, μετά από την Α' φάση διαβούλευσης.

Σήμερα στις 11 Αυγούστου 2020, ημέρα Τρίτη, οι υπογράφοντες:

1. Σταυρούλλη Παυλέρου, Επιμ. Β Αναισθησιολογίας
2. Γιώργος Σιώχος, ΤΕ Νοσηλευτικής
3. Δρ. Δημήτρης Τσορομώκος, ΤΕ Μηχανικών

αποτελούντες την επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την υπ' αρ. 24ης/15-11-2019, Οέμα 14<sup>ο</sup> (ΑΔΔ: ΩΧΔΑ46907Η-Φ3Θ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Λακωνίας, συνήλθε προκειμένου να επεξεργαστεί τις παρατηρήσεις από την εταιρεία «Dreager Hellas A.E.» μετά από τη διαδικασία της Α' φάσης διαβούλευσης και να συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές της Προληπτικής & Επανορθωτικής Συντήρησης του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (αναισθησιολογικό μηχάνημα, χειρουργική τράπεζα και κλίβανος ατμού) της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας.

Η Επιτροπή άρχισε το έργο της και μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα συμφώνησε στην αποδοχή μέρους των παρατηρήσεων της εταιρείας «Dreager Hellas A.E.» για τις προδιαγραφές με αύξοντα αριθμό 1.2, 1.3 και 6.

Παρακάτω δίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές μετά από την Α' φάση διαβούλευσης:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ & ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ  
ΜΗΧΑΝΙΣΜΑ, ΧΕΙΡΟΠΕΔΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΑΤΜΟΥ)  
20DIAR000012729202009-01

Πλήρης συντήρηση με δύο τα ανταλλακτικά, Service Kits και βασικών αγωγώσιμων\*

a/a	ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / ΟΙΚΟΣ / ΜΟΝΤΕΛΟ	SERIAL NUMBER	Αριθμός Προληπτικών Συντηρήσεων (Ετησίως)	ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ	DOWNTIME
1	Ανασθησιολογικό Μηχάνημα / DRAEGER / PRIMUS	ARZB-0230	2	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
2	Χειρουργική Τράπεζα / OPT / OPT 40/1	128	2	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ
3	Κλιβανος Ατμού / COLUSSI / U 31 PE	8220	4	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ

Τόπος Διενέργειας Εργασιών: Γ.Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ -Ν.Μ ΜΟΛΑΩΝ.

Η Ανάδοχος Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης συντήρησης τα κάτωθι:

#### 1) Επανορθωτική Συντήρηση (Απεριόριστος Αριθμός):

1.1) Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης και βοήθειας για την επίλυση προβλημάτων του υποστηριζόμενου εξοπλισμού.

1.2) Αποστολή τεχνικού στους χώρους πης αναθέτουσας αρχής για την επίλυση των προβλημάτων του υποστηριζόμενου εξοπλισμού. Κάθε φορά που υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα η μετάβαση τεχνικού της αναδόχου θα γίνεται το αργότερο εντός 24 ωρών από την τηλεφωνική ή γραπτή πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Η αναγγελία της βλάβης θα πρέπει να γίνεται από την αναθέτουσα αρχή από τις 08:00-14:00 κάθε εργάσιμης ημέρας. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείται ότι το σχετικό αίτημα της αναθέτουσας αρχής έλαβε χώρα την επόμενη εργάσιμη ημέρα στις 08:00.

I.3) Διάγνωση του προβλήματος και αποκατάσταση βλαβών και ζημιών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά από συνήθη χρήση το αργότερο σε 48 ώρες από τη διάγνωση της βλάβης, σε περύπτωση που υπάρχει διαθέσιμο το απαιτούμενο ανταλλακτικό στις αποθήκες της αναδόχου εταιρείας. Σε αντίθετη περύπτωση, η βλάβη θα επισκευαστεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την διάγνωση της βλάβης.

1.4) Διάθεση γνήσιων ανταλλακτικών για την επίλυση των προβλημάτων του υποστηριζόμενου εξοπλισμού.

1.5) Αναβαθμίσεις, διορθωτικές επεμβάσεις, τροποποίησεις ασφαλείας του υποστηριζόμενου εξοπλισμού, που κατά καιρούς εκδίδονται από τον κατασκευαστικό οίκο και χαρακτηρίζονται ως

απαραίτητες, θα παρέχονται δωρεάν προς την αναθέτουσα αρχή, δικαιούμενης επίσης και τα σχετικά γνήσια ανταλλακτικά.

## 20DIAB000012729 2020-09-01

1.6) Δέσμευση για την άμεση εφαρμογή των συμβουλευτικών οδηγιών από την ημέρα έκδοσης τους από τον οίκο, σχετικά με διορθωτικές επεμβάσεις και τροποποιήσεις ασφαλείας και τεχνολογικών εξελίξεων, σύμφωνα με το Σύστημα Επαγρύπνησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.

### 2) Προληπτική Συντήρηση:

- 2.1) Επίσκεψη και έλεγχο του υποστηριζόμενου εξοπλισμού υποχρεωτικώς σύμφωνα με τον αναγραφόμενο στον πίνακα αριθμό προληπτικών συντηρήσεων.
- 2.2) Έλεγχο και πιθανή επιδιόρθωση των ρυθμίσεων καθώς και των παραμέτρων ασφαλείας του υποστηριζόμενου εξοπλισμού, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
- 2.3) Αντικατάσταση τυχόν φθαρμένων ανταλλακτικών με γνήσια, ποιοτικά ελεγμένα, πιστοποιημένα, εγκεκριμένα ανταλλακτικά και προερχόμενα από τον Κατασκευαστικό Οίκο ή άλλο επίσημο εμπορικό αντιπρόσωπο του Οίκου.
- 2.4) Εσωτερικό καθαρισμό του υποστηριζόμενου εξοπλισμού όπου αυτό είναι δυνατό.
- 2.5) Έλεγχο της καλής λειτουργίας του υποστηριζόμενου εξοπλισμού, δηλαδή έλεγχο ικανότητας λειτουργίας και καλής απόδοσης συνολικά.
- 2.6) Λήψη κάθε προληπτικού μέτρου για την αποφυγή τυχόν ανωμαλιών ή ζημιών στη λειτουργία του υποστηριζόμενου εξοπλισμού.
- 2.7) Αναβαθμίσεις λογισμικού, όταν διατίθενται δωρεάν από τον κατασκευαστικό οίκο.

3) Η Ανάδοχος Εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει στην Ελλάδα μόνιμα κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από αναγνωρισμένο Φορέα στον προς συντήρηση εξοπλισμό (Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά). Επιπλέον, η προληπτική συντήρηση και η αποκατάσταση βλάβης θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεων και έλέγχου από το ειδικευμένο προσωπικό της αναδόχου, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου του υποστηριζόμενου εξοπλισμού και τα οποία θα είναι διακριβωμένα (Τα πιστοποιητικά διακρίβωσης εργαλείων ή οργάνων θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την διεξαγωγή του διαγωνισμού και θα κατατεθούν με την προσφορά). Η Ανάδοχος Εταιρεία είναι υποχρεωμένη για την επιλ.υση των προβλ.ημάτων του υποστηριζόμενου εξοπλισμού, να χρησιμοποιεί μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

4) Η Ανάδοχος Εταιρεία υποχρεούται με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, να αποστέλλει στην Νοσηλευτική Μονάδα ημερολογιακό πρόγραμμα προληπτικών συντηρήσεων, το οποίο κατόπιν σχετικής εγκρίσεως, θα είναι αυτό που θα ισχύει σε περιπτώσεις υπολογισμού ημερών ακινητοποίησης του συντηρούμενου εξοπλισμού. Για λόγους ανωτέρας βίας και κατόπιν

συνεννοήσεως της Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, είναι δυνατή η μεταφορά της  
μημερομηνίας διεξαγωγής της προληπτικής συντήρησης.

20DIAB000012729 2020-09-01

5) Η Ανάδοχος Εταιρεία υποχρεούται να παραδίδει με το πέρας της Σύμβασης τον εξοπλισμό σε  
άριστη λειτουργική κατάσταση και να γνωρίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τυχόν κωδικούς ασφαλείας  
ή κωδικούς άδειας χρήστης που χρησιμοποίησε για απαγόρευση πρόσβασης στον εξοπλισμό κατά το  
συμβατικό διάστημα ή να τους επαναφέρει στους εργοστασιακούς κωδικούς. Επιπλέον, σε  
περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα στον εξοπλισμό την τελευταία ημέρα  
συντηρήσεως, εφόσον έχει ενημερωθεί αρμόδιως η Ανάδοχος Εταιρεία, η τελευταία οφείλει να  
μεταβεί και να αποκαταστήσει τη βλάβη και πέραν των συμβατικών ημερομηνιών χωρίς ιδιαίτερη  
χρέωση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί διάγνωση της βλάβης, πλην  
όμως για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. χρόνος παράδοσης ανταλλακτικού) δεν είναι δυνατή η  
αποκατάσταση της βλάβης και η παράδοση του εξοπλισμού σε άριστη κατάσταση.

6) Σε περίπτωση βλάβης η αποκατάσταση θα γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας (μη  
συμπεριλαμβανομένων εορτών, αργιών, Σαββάτου και Κυριακής) από ώρα 07:00 έως 15:00 και  
πέραν αυτού του ωραρίου κατόπιν συνεννοήσεως και συμφωνίας με αρμόδιο από το Τμήμα  
Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Νοσηλευτικής Μονάδας. Η αποκατάσταση των βλαβών, όσες φορές  
και αν συμβιούν, θα γίνεται χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή όσον αφορά τις εργασίες και τα απαιτούμενα  
ανταλλακτικά, όπου η Σύμβαση ορίζει. Η προσέλευση του τεχνικού προσωπικού της αναδόχου  
πρέπει να γίνεται εντός 24 ωρών από τη λήψη της προφορικής ή έγγραφης ειδοποίησης εκ μέρους  
της αναθέτουσας αρχής. Η αναγγελία της βλάβης θα πρέπει να γίνεται από την αναθέτουσα αρχή  
από τις 08:00-14:00 κάθε εργάσιμης ημέρας. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρείται ότι το σχετικό  
αίτημα της αναθέτουσας αρχής θλιβε χώρα την επόμενη εργάσιμη ημέρα στις 08:00.

Εάν δεν προσέλθει εμπροθέσμως το τεχνικό προσωπικό της αναδόχου για την παροχή των  
υπηρεσιών του (είτε σε προγραμματισμένη συντήρηση είτε κατόπιν ειδοποίησεως της αναθέτουσας  
αρχής), για κάθε είκοσι τέσσερεις (24) εργάσιμες ώρες καθυστέρησης, θα καταπύττει εις βάρος της  
αναδόχου, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής, ως ποινική  
ρήτρα η παράταση της σύμβασης τριών (3) ημερών. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η αναθέτουσα  
αρχή διατηρεί παράλληλα και το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης της αναδόχου  
έκπτωτου. Η επιτρεπόμενη διάρκεια ακινητοποίησης μηχανήματος συμφωνείται ρητά σε δέκα (10)  
εργάσιμες ημέρες ανά έτος ανά συντηρούμενο μηχάνημα. Ως χρόνος ακινητοποίησης ορίζεται ο  
χρόνος ακινητοποίησης των επί μέρους αυτόνομων λειτουργικών μονάδων ή του συνόλου του  
μηχανήματος κατά τον οποίο δεν ήταν δυνατή η διενέργεια – αντιμετώπιση περιστατικού. Ο χρόνος  
θα προσμετράται αθροιστικά από την ειδοποίηση της Αναδόχου (εξαιρουμένων Αργιών και  
Σαββάτου-Κυριακής) για επισκευή, η οποία κλήση θα γίνεται με αποστολή Fax, σε αριθμό που θα

υποδειχθεί από την Ανάδοχο με την προσφορά της, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από ώρες 08:00 έως 14:00 για όλους φυλών σε περιόδους 10 χρόνο προληπτικής συντήρησης καθώς και εργασιών μνημόνων μεταβάθμισης του μηχανήματος. Ως ώρες ακινητοποίησης θα λογίζονται το σύνολο των ωρών του 24ωρου από την ώρα ειδοποίησης της Αναδόχου, όπως αυτή ορίζεται παραπάνω, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης.

7) Σε κάθε επίσκεψη τεχνικού της Αναδόχου Εταιρείας, ο τεχνικός υποχρεούται να εκδίδει Δελτίο Εργασίας Τεχνικού (Service Report) μετά από κάθε επίσκεψη προληπτικής συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι βλάβες που παρουσιάσθηκαν, οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί, τα ανταλλακτικά που αντικαταστάθηκαν καθώς και αυτά που χρήζουν αντικαταστάσεως και να το παραδίδει στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της Νοσηλευτικής Μονάδας.

8) Η Ανάδοχος Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση κάθε ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον μετή οφεύλεται σε υπαιτιότητα του χρησιμοποιούμενου υπ' αυτής προσωπικού. Η Ανάδοχος Εταιρεία δέχεται τις ευθύνες που της αναλογούν από το νόμο και τη σύμβαση.

9) Η Ανάδοχος Εταιρεία υποχρεούται:

- Να διαθέτει πιστοποίηση σειράς ISO 9001 ή ISO 13485 για τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και ταυτόχρονα να πληροί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004. Να κατατεθούν τα σχετικά πιστοποιητικά.
- Να καταθέσει με την προσφορά της βεβαιώσεις καλής συνεργασίας από όλα Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα που θα αφορούν τον προς συντήρηση εξοπλισμό.
- Πιστοποιητικά Εκπαίδευσης Τεχνικού/ών από αναγνωρισμένο Φορέα στον προς συντήρηση εξοπλισμό.
- Να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την οποία η ανάδοχος εταιρεία θα δεσμεύεται για την επάρκεια ανταλλακτικών και ότι διαθέτει όλες τις διακριβωμένες συσκευές, κωδικούς και ενημερωμένα εγχειρίδια συντήρησης (Service manuals) προκειμένου η συντήρηση, η αποκατάσταση βλαβών και οι τεχνικές ενημερώσεις (Service Bulletins) του συντηρούμενου εξοπλισμού να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις και κατευθυντήριες οδηγίες του κατασκευαστικού οίκουν.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης Τεχνικής Υποστήριξης, ότι ο ανωτέρω όρος δεν καλύπτεται, αυτό αποτελεί λόγο διακοπής της χωρίς περαιτέρω αποζημίωση για την ανάδοχο, ενώ θα καταπίπτει εις βάρος της αναδόχου η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (5% επί της καθαρής αξίας της Σύμβασης) και θα κηρύσσεται αυτόματα έκπτωτος.

**10) Η Νοσηλευτική Μονάδα διατηρεί το δικαιώμα διακοπής της Σύμβασης συντήρησης για ένα ή περισσότερα μηχανήματα που κρίνεται ότι είναι πλέον ασύμφορη οικονομικά ή τεχνικά η συνέχισή της (π.χ. ανανέωση εξοπλισμού, παρωχημένη Τεχνολογία, τακτικές ή συνεχιζόμενες βλάβες, έλλειψη κύριου ανταλλακτικού λειτουργίας λόγω κατάργησής του από τη γραμμή παραγωγής κ.τ.λ.). Η διακοπή θα ισχύει εφόσον έχει ειδοποιηθεί εγγράφως η Ανάδοχος Εταιρεία, από τη Νοσηλευτική Μονάδα τουλάχιστον ένα (1) μήνα νωρίτερα, ώστε να μη συνεχιστεί η τιμολόγηση συντήρησης για το παραμένον υπόλοιπο χρονικό διάστημα (αποζημίωση με μέθοδο δωδεκατημορίων).**

**11) Η προσφορά, επί ποινή απορρίψεως, θα πρέπει απαραιτήτως να φέρει πλήρη και συνεχή αριθμηση των σελίδων της σε επίπεδο ακεραιών αριθμών.**

**12) Η προσφορά, επί ποινή απορρίψεως, θα συνοδεύεται απαραίτητα από Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών υπό μορφή πίνακα, όπου στην αριστερή στήλη θα αναγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή και στη δεξιά στήλη θα κατατίθεται η Συμμόρφωση της Αναδόχου Εταιρείας, αποδεικνύομενη από παραπομπή/ές στην προσφορά της. Η Συμμόρφωση της Αναδόχου Εταιρείας δεν θα πρέπει να γίνεται με μονολεκτικό τρόπο (πχ ΝΑΙ ή ΟΧΙ, ΔΙΑΘΕΤΕΙ ή ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ).**

**13) Η Ανάδοχος Εταιρεία θα πρέπει να χρησιμοποιεί για τις επισκευές και συντηρήσεις ανταλλακτικά γνήσια, ποιοτικά ελεγμένα, πιστοποιημένα, εγκεκριμένα και προερχόμενα από τον Κατασκευαστικό Οίκο ή άλλο επίσημο εμπορικό αντιτρόσωπο του Οίκου, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή, εύρυθμη και εντός προδιαγραφών λειτουργία του Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού. Να κατατεθούν προς τούτου τα σχετικά πιστοποιητικά επί ποινή αποκλεισμού.**

**14) Η Ανάδοχος Εταιρεία υποχρεούται να διαθέτει επάρκεια ανταλλακτικών. Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα επί ποινή αποκλεισμού που θα αποδεικνύουν την εξασφάλισή τους.**

**15) Ο Ανάδοχος να διαθέτει την εξουσιοδότηση του Κατασκευαστικού Οίκου για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων.**

**16) Δεν επιτρέπεται να γίνεται οποιαδήποτε ρύθμιση, συντήρηση ή τροποποίηση ή εγκατάσταση ανταλλακτικών στα μηχανήματα από πρόσωπα που δεν είναι πιστοποιημένα και εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό και δεν έχουν λάβει προηγουμένως έγκριση από τον Ανάδοχο.**

17) Τα παλαιά, κατεστραμμένα ανταλλακτικά που αντικαθίστανται, περιέχονται στην κυριότητα

## ၁၅ နိုင်ငံခြားကုန်များ

20DIB0001729 2020-09-01


ΠΙΝΑΚΑΣ 1

## **SERVICE KITS ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΩΝ\***

Α/Α	ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ / ΟΙΚΟΣ / ΜΟΝΤΕΑΟ	SERIAL NUMBER	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Αναισθησιολογικό Μηχάνημα / DRAEGER / PRIMUS	ARZB-0230	Service kit	Ότι ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος
			Υδατοπαγίδα	1 σετ των 12 τεμαχίων
			Αισθητήρας ροής	1 σετ των 5 τεμαχίων
			Σωληνάκι δειγματοληψίας για SCIO (Καπνογράφου)	4 σετ των 10 τεμαχίων
2	Χειρουργική Τράπεζα / OPT /OPT 40/1	128	Service kit	Ότι ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος
3	Κλιβανος Ατμού / COLUSSI /U 31 PE	8220	Service kit	Ότι ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος
			Τσιμούγες πόρτας	4 τεμάχια
			Αντιψηκροβιακά φίλτρα	2 τεμάχια

Η Επιτροπή αφού ολοκλήρωσε το έργο της υπογράφει το παρόν πρακτικό και θα το καταθέσει για την Β' φάση διαβούλευσης.

Η Επιτροπή

1. Σταυρούλα Παυλέρου, Επιμ. Β Αναισθησιολόγιας  
  
 ΠΑΥΛΕΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  
 ΚΑΙ ΛΑΖΑΡΟΥ ΖΙΩΝΤΟΣ  
 1951-1952

2. Γιώργος Σιώχος, ΤΕ Νοσηλευτικής  


3. Δρ. Δημήτρης Τσορομώκος, ΤΕ Μηχανικών  


~~ΤΣΟΡΟΜΙΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ  
Πλατεία Ερμού 10 Αθηναίων 101 37.~~