



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 08-09-2015

Αρ. Πρωτ.: Φ/Λ17/9341

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Σταυρούλα Τσερπέ Τηλ. 27310-21031, Φαξ 27310- 29068, e-mail: promht@hospspa.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας απολυμαντικών.

ΣΧΕΤ. Το υπ' αριθ. 2891/24-07-2015 έγγραφο της Ε.Π.Υ.

Σε εκτέλεση του ανωτέρω σχετικού και ενόψει της σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια απολυμαντικών, καλούνται οι προμηθευτές εντός τριάντα (30) ημερών να υποβάλουν στο Γραφείο Προμηθειών προτεινόμενες τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα στην ελληνική ή και στην αγγλική γλώσσα (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή cd ή dvd) για τα κάτωθι είδη:

1. Χλωριούχο σκεύασμα για απολύμανση επιφανειών.
2. Υγρό καθαριστικό και απολυμαντικό μεγάλων επιφανειών για κρίσιμους χώρους (Χειρουργεία, Μ.Ε.Θ) χωρίς αλδεΐδες.
3. Καθαριστικό - απολυμαντικό μικρών επιφανειών με αλκοόλες.
4. Υγρό απολύμανσης και καθαρισμού χειρουργικών εργαλείων με βυθισμό.
5. Υγρό απορρυπαντικό με χημικοθερμική απολύμανση για χρήση σε αυτόματο πλυντήριο χειρουργικών εργαλείων.
6. Υγρό όξινο ουδετεροποιητικό για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων.
7. Υγρό διαβρεκτικό - στεγνωτικό - γυαλιστικό χειρουργικών εργαλείων για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια.
8. Υγρό λιπαντικό χειρουργικών εργαλείων.
9. Αντισκωρικό χειρουργικών εργαλείων.
10. Υγρό καθαρισμού κλιβάνων ατμού.
11. Υγρό συντήρησης ανοξειδωτων (inox) επιφανειών.

12. Εμποτισμένα πανάκια με απολυμαντικό.
13. Υγρό για καθαρισμό και απολύμανση χεριών και δέρματος.
14. Υγρό για υψηλού βαθμού απολύμανση ενδοσκοπίων και θερμοευαίσθητου εξοπλισμού με ορθοφθαλδεΐδη.
15. Υγρά απολυμαντικά - απορρυπαντικά ενδοσκοπίων
 - α) Υγρό απολυμαντικό
 - β) Υγρό απορρυπαντικό
 - γ) Ενεργοποιητής.

Τα είδη με α/α: 5, 6,7 να είναι κατάλληλα για τα μοντέλα πλυντηρίων KEN541 S, STEELCO DS600/2, LANCER 820UP.
Το είδη που περιλαμβάνονται στον α/α:15 (α, β, & γ) να είναι κατάλληλα για το πλυντήριο ενδοσκοπίων της εταιρείας Olympus mini-ETD 2PAA.

Οι προτάσεις των εταιρειών θα διαβιβαστούν στην Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών, που έχει οριστεί με την υπ' αριθ. 9η/28-04-2015 (θέμα 12^ο) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι τελικές τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν στη συνέχεια σε δημόσια διαβούλευση 10 ημερών πριν την οριστικοποίησή τους .

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ