



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 26/09/2018

Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/10361

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ : 64555

Αρ. Προσφοράς : 53

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Χίου Γεωργία Τηλέφωνο 27310 - 93390, Φαξ 27310 - 93164, email : gxίου@hospspa.grΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΛΗΜΟΣΙΦΥΣΗ ΣΤΟ ΡΟΡΤΑΙ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

Θέμα: Ηλεκτρονική Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Σε εκτέλεση της υπ' αρ. 380/21-09-2018 (ΑΔΑ 6ΙΔΧ46907Η-ΚΥΣ) Απόφασης του Διοικητή και της υπ' αριθμό 267/14-09-2018 Δέσμευση Πίστωσης (ΑΔΑ 64ΨΣ46907Η-ΤΡ0), του το Γ. Ν. Λακωνίας , προβαίνει στη διενέργεια ηλεκτρονικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από εταιρείες διάθεσης & διακίνησης **Υγειονομικού Υλικού** να υποβάλουν ηλεκτρονική προσφορά για τα είδη όπως περιγράφονται παρακάτω:

I. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΟΣ	ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	CPV
1	ΒΑΜΒΑΚΙ 1 ^{ος} ΚΙΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Βαμβάκι φαρμακευτικό, λευκό, υδρόφιλο, μαλακό, απορροφητικό, άοσμο, καθαρό, χωρίς ξένα σώματα και μη τοξικό, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση σε συσκευασία ρολού του 1 κιλού. 2. Να ξετυλίγεται και να κόβεται εύκολα 3. Να βρίσκεται εντός στεγανού περιβλήματος που να το προστατεύει από υγρασία και σκόνη.	ΚΙΛΑ	200	2,42	484,00	03115110-4
2	ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 2 ΜΕΤΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Σε ατομική συσκευασία με διπλή θήκη αποστειρωμένο, περίπου 1,5-2 μέτρα. Να είναι αυξημένης προσαρμοστικότητας μεγάλης αντίστασης στο τσάκισμα με εύκολους συνδέσμους προέκτασης .	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	0,55	110,00	33141600-6

3	<p>ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 2LT ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΣΤΟΥ (1 εκ) ΜΕ ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 CC 2.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 100 ML, ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ 50ML, ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΝΑ 100ML ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΟΤΕΡΗ ΑΝΑ 500 ML,, 3.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΟΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ, ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 4. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΣΤΟΥ (1 εκ), ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΦΡΑΖΕΙ ΑΠΟ ΠΗΓΜΑΤΑ. 5.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 90-100-ΕΚ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΓΕΙ ΣΕ ΡΥΓΧΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΜΠΤΕΤΑΙ (ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΑΝΑΡΤΗΡΑ. 6.. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΟΠΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΤΑΤΟ/ΑΝΑΡΤΗΡΑ 7. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ. 8 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ (ΒΑΛΒΙΔΑ) ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ, ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ, ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ. 9. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΥΠΟΥ Τ (ΤΑΦ)/ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΡΡΟΗ.</p>	ΤΕΜΑΧΙΑ	600	0,39	234,00	33141600-6
4	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΡΙ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	600	0,48	288,00	33140000-3
5	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	0,50	100,00	33140000-3
6	ΜΑΤΟΓΥΑΛΙΑ (ΡΙΝΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	3.000	0,14	420,00	33140000-3
7	ΛΑΜΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ (ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	50	1,87	93,50	33141300-3
8	ΣΕΝΤΟΝΙ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ 1,40 X 2,20 CM	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	2,40	240,00	33140000-3
9	<p>ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΣΥΝΘ. ΓΥΨΟΥ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ 7,5X4,5M ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ (NON WOVEN), ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΡΘΗΚΑ 3-4 MIN, ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ (X-RAY), ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΛΙΠ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ ΑΕΡΟΣΤΕΓΩΣ.</p>	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	38,00	760,00	33141110-4
10	<p>ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΣΥΝΘ. ΓΥΨΟΥ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ 15X4.6M ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΑΠΟ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ (NON WOVEN), ΝΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ, ΤΑΧΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΑΡΘΗΚΑ 3-4 MIN, ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΙ (X-RAY), ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΛΙΠ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ ΑΕΡΟΣΤΕΓΩΣ.</p>	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	48,00	960,00	33141110-4
11	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ HEIMLICH	ΤΕΜΑΧΙΑ	3	6,00	18,00	33140000-3
12	ΚΑΣΕΤΑ ΚΛΙΠ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	300	40,00	12.000,00	33184100-4

	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Ανταλλακτικές κασέτες κλιπ μιας χρήσης, μεγέθους κλιπ M/L μεσαίο/μεγάλο. (Με παροχή του απαιτούμενου αυτόματου εργαλείου πολλαπλών χρήσεων από την εταιρεία).					
13	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΡΤΦΕ Ø 0,028" & ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ 150cm ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μήκους 150 cm κατασκευασμένο από νιτινόλη με επικάλυψη ΡΤΦΕ με έγχρωμες γραμμώσεις για τον έλεγχο της μετακίνησης του σύρματος ή του εργαλείου στο ανώτερο ουροποιητικό ακτινοσκιερό με εύκαμπτο υδρόφιλο άκρο 3 cm, σκληρότητας stiff στο υπόλοιπο μήκος του.	TEMAXIA	10	20,00	200,00	33141200-2
14	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΡΤΦΕ Ø 0,035" & ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ 150cm ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μήκους 150 cm κατασκευασμένο από νιτινόλη με επικάλυψη ΡΤΦΕ με έγχρωμες γραμμώσεις για τον έλεγχο της μετακίνησης του σύρματος ή του εργαλείου στο ανώτερο ουροποιητικό ακτινοσκιερό με εύκαμπτο υδρόφιλο άκρο 3 cm, σκληρότητας stiff στο υπόλοιπο μήκος του.	TEMAXIA	10	20,00	200,00	33141200-2
15	ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΙΚΟΙ ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σετ: αποστειρωμένη ατομική συσκευασία από μαλακό πολυμερές υλικό (ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ, C-Flex, reccuflex κλπ): να διαθέτει: - Ακτινοσκιερή ενδοπρόθεση από μαλακό πολυμερές υλικό, διπλού σπειροειδούς άκρου, διπλού ανοικτού άκρου μήκους 26-30cm και διαμέτρου 4,7 ή 4,8 – 6 -7 Fr , με εκατοστιαία διαβάθμιση και επιπλέον ένδειξη ανά 5 cm.-Υδρόφιλο οδηγό σύρμα τύπου ΡΤΦΕ.035' ή .038' με 3cm εύκαμπτο ευθύ άκρο.- Πρωθητή με ακτινοσκιερό άκρο.	TEMAXIA	50	15,20	760,00	33141200-2
16	ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το σετ να περιλαμβάνει νεφροστομία τύπου rig tail 8, 10 ή 12Fr με υδρόφιλη επικάλυψη, από ακτινοσκιερή πολυουρεθάνη, χωρίς μηχανισμό κλειδώματος, μήκους 30 cm από υδρόφιλη πολυουρεθάνη, με κεντρική οπή και πλευρικές οπές και Luer lock, με οδηγό σύρμα stiff από ασάλι με κεκαμένο άκρο σε διανομέα με θηκάρι ευθυγράμμισης, διπλή βελόνα παρακέντησης ορατή στον υπέρηχο, ανάπτορα, προέκταση καθετήρα με στυλεό, κάνουλα ασφαλείας δύο δρόμων και προσαρμογέα ουροσυλλέκτη.	TEMAXIA	3	50,80	152,40	33141200-2
17	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΡΤΦΕ Ø 0,028" & ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ 150cm ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μήκους 150 cm κατασκευασμένο από νιτινόλη με επικάλυψη ΡΤΦΕ με έγχρωμες γραμμώσεις για τον έλεγχο της μετακίνησης του σύρματος ή του εργαλείου στο ανώτερο ουροποιητικό ακτινοσκιερό με εύκαμπτο υδρόφιλο άκρο 3 cm, σκληρότητας stiff στο υπόλοιπο μήκος του.	TEMAXIA	15	20,00	300,00	33141200-2
18	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΡΤΦΕ Ø 0,035" & ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ 150cm ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Μήκους 150 cm κατασκευασμένο από νιτινόλη με επικάλυψη ΡΤΦΕ με έγχρωμες γραμμώσεις για τον έλεγχο της μετακίνησης του σύρματος ή του εργαλείου στο ανώτερο ουροποιητικό ακτινοσκιερό με εύκαμπτο υδρόφιλο άκρο 3 cm, σκληρότητας stiff στο υπόλοιπο μήκος του.	TEMAXIA	10	20,00	200,00	33141200-2
19	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ Ø 0,028" & ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ 150cm	TEMAXIA	5	20,00	100,00	33141200-2

	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΑΠΟ ΝΙΤΙΝΟΛΗ ΤΥΠΟΥ STIFF κατάλληλα για χειρισμούς στο ανώτερο ουροποιητικό με υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Tegumt, μήκους 150cm και διαμέτρου.0,028, με ευθύ εύκαμπτο άκρο 3cm.					
20	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ Ø 0,035" & ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ 150cm ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΟΦΙΛΑ ΑΠΟ ΝΙΤΙΝΟΛΗ ΤΥΠΟΥ STIFF κατάλληλα για χειρισμούς στο ανώτερο ουροποιητικό με υδρόφιλη επικάλυψη τύπου Tegumt, μήκους 150cm και διαμέτρου.0,035, με ευθύ εύκαμπτο άκρο 3cm.	TEMAXIA	5	20,00	100,00	33141200-2
21	ΡΑΜΜΑ ΝΑΥΛΟΝ No 1 MONOSOF 100 cm 40" ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 90MM 3/8	TEMAXIA	72	3,00	216,00	33141126-9
22	ΜΑΣΚΕΣ ΡΙΝΟΠΡΟΣΩΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ BI-PAP LARGE	TEMAXIA	3	64,50	193,50	33140000-3
23	ΜΑΣΚΕΣ ΡΙΝΟΠΡΟΣΩΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ BI-PAP MEDIUM	TEMAXIA	2	64,50	129,00	33140000-3
24	ΑΚΡΟ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΜΑΚΡΥ	TEMAXIA	50	0,97	48,50	33140000-3
25	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ No 23G ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Να είναι τελείως atraumaticές στο άκρο Να έχουν πλαστική υποδοχή Να έχουν σπειλεό Να είναι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία Να αναφέρεται η ημερομηνία λήξης No 19 έως 25 με μήκος βελόνας περίπου 3,5 ίντσες.	TEMAXIA	200	0,56	112,00	33141300-3
26	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ No 20G ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Να είναι τελείως atraumaticές στο άκρο Να έχουν πλαστική υποδοχή Να έχουν σπειλεό Να είναι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία Να αναφέρεται η ημερομηνία λήξης No 19 έως 25 με μήκος βελόνας περίπου 3,5 ίντσες.	TEMAXIA	200	0,56	112,00	33141300-3
27	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ No 22G ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Να είναι τελείως atraumaticές στο άκρο Να έχουν πλαστική υποδοχή Να έχουν σπειλεό Να είναι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία Να αναφέρεται η ημερομηνία λήξης No 19 έως 25 με μήκος βελόνας περίπου 3,5 ίντσες.	TEMAXIA	200	0,56	112,00	33141300-3
28	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ No 25G ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Να είναι τελείως atraumaticές στο άκρο Να έχουν πλαστική υποδοχή Να έχουν σπειλεό Να είναι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία Να αναφέρεται η ημερομηνία λήξης No 19 έως 25 με μήκος βελόνας περίπου 3,5 ίντσες.	TEMAXIA	100	0,56	56,00	33141300-3
29	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 19FR ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Να είναι από σιλικόνη και να έχουν συμπαγές κεντρικό πυρήνα για μεγαλύτερη αντοχή και για να μην τσακίζουν. • Να είναι κατασκευασμένες από ενιαίο υλικό χωρίς σύνδεσμο. • Να έχουν τέσσερα ανεξάρτητα κανάλια ροής (όχι συνδυασμός καναλιών με αυλούς) ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να	TEMAXIA	30	7,20	216,00	33141600-6

	φράζον. • Να είναι ακτινοσκοπικές με ειδική γραμμή σήμανσης σε όλο το μήκος της παροχέτευσης. • Να προσφέρονται στρογγυλές ή επίπεδες σε διάφορα μεγέθη 10FR, 15FR, 19FR. Οι σωλήνες παροχέτευσης να συνδέονται με δεξαμενές, χωρητικότητας 100ml, & 450ml, που να αποτρέπουν την αντίστροφη ροή των υγρών για να διασφαλίζεται η ασηψία και να μπορούν να επανεργοποιούνται.					
30	ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΗ ΑΓΓΕΙΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΑΧΙ .	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	0,90	180,00	33141600-6
31	ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ Νο 16 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Να περιλαμβάνει φιάλη χωρητικότητας περίπου 600ml υψηλού κενού αέρος , να διαθέτει συνδεδετικό διάφανο σωλήνα με διάφανο συνδεδετικό και κυλιόμενους σφιγκτήρες να έχει δικό του σύστημα στήριξης (στερέωσης) στην κλίνη, το μήκος του σωλήνα παροχέτευσης να είναι περίπου από 50 έως 75εκ και να διαθέτει βελόνη trocar.Να είναι αποστειρωμένο. Να μην περιέχει latex .	ΤΕΜΑΧΙΑ	60	2,03	121,80	33141600-6
32	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ PVC Νο 3	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	3,20	16,00	33140000-3
33	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ PVC Νο 4	ΤΕΜΑΧΙΑ	10	3,20	32,00	33140000-3
34	ΛΑΡΥΓΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ PVC Νο 5	ΤΕΜΑΧΙΑ	5	3,20	16,00	33140000-3
35	ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ (BLUE)	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	3,85	385,00	33140000-3
36	ΣΤΕΙΡΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 15ML (BSS 15ML)	ΤΕΜΑΧΙΑ	720	1,24	892,80	33140000-3
37	ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΗ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 300ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	2,00	100,00	33140000-3
38	ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΑΝΙΤΟΛ - SORBITOL ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 3LT	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	160	4,48	716,80	33140000-3
39	ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	3.000	0,03	96,00	33140000-3
				ΣΥΝΟΛΟ	21.471,30	
				ΦΠΑ 24%	5.153,11	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	26.624,41	

II. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	CPV
40	ΤΥΜΠΑΝΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ PORT A CATH ME ΒΑΣΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	145,00	290,00	33140000-3
41	ΚΑΣΕΤΑ ΚΛΙΠ ΑΠΟΛΙΝΩΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ανταλλακτικές κασέτες κλιπ μιας χρήσης, μεγέθους κλιπ M/L μεσαίο/μεγάλο. (Με παροχή του απαιτούμενου αυτόματου εργαλείου πολλαπλών χρήσεων από την εταιρεία).	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	40,00	2.000,00	33184100-4
42	ΠΛΕΓΜΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ MEDIUM 14,2 X 8,6 cm	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	400,00	800,00	33184100-4

	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, ΕΛΑΦΡΗΣ ΔΟΜΗΣ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΟΒΑΛ, ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΑΠΟ ΡΔΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΝΣΤΕΡ .					
43	ΠΛΕΓΜΑ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ LARGE 15,7 X 10,2 cm ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΕΚΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ, ΕΛΑΦΡΗΣ ΔΟΜΗΣ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΟΒΑΛ, ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΑΠΟ ΡΔΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΝΣΤΕΡ .	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	400,00	800,00	33184100-4
					ΣΥΝΟΛΟ	3.890,00
					ΦΠΑ 24%	933,60
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.823,60

1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της πρόσκλησης, μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου : <http://www.hosplak.gr>. Το τεύχος της διακήρυξης αναρτάται και στο πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ (<http://www.eprocurement.gov.gr>).

2. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

3. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : <http://et.diavgeia.gov.gr/>, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : **64555**.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους **μόνο** ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα **(δεν θα αποσταλούν φάκελοι σε έντυπη μορφή)**.
- Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που πιστοποιείται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)” και να

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

- Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. *Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf [Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, η Α.Α. δίνει σχετικές οδηγίες στους οικονομικούς φορείς να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης και τα τυχόν υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς].*
- **Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» :** Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: α) Το ΤΕΥΔ (**κατάθεση μόνο σε ηλεκτρονική μορφή-Επισυνάπτεται σε επεξεργάσιμη μορφή στα συνημμένα της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ**) β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Γ) *Φορολογική ενημερότητα δ) Ασφαλιστική ενημερότητα Ε) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.*
- Τεχνική προσφορά: α) Πλήρη τεχνική περιγραφή στην Ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση-παραπομπή (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) τόσο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης όσο και τα συνυποβαλλόμενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα). β) Τα κατατιθέμενα εγχειρίδια (prospectus), τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές. (**κατάθεση μόνο σε ηλεκτρονική μορφή**).
- Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» του Υποψηφίου Αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων που θα τεκμηριώνουν τις απαιτήσεις των «Κριτηρίων Αξιολόγησης».

- **Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών:** Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, όπως ορίζεται κατωτέρω: Α) Τιμές, Β) Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα, Γ) Αποτύπωση στην ειδική ηλεκτρονικές φόρμα του συστήματος και επισύναψη ψηφιακά υπογεγραμμένης οικονομική προσφορά βάσει του Παραρτήματος Α' Δ) Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

- Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 5^η Οκτωβρίου του 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μμ.
- Ηλεκτρονική αποσφράγιση της Πρόκλησης είναι η 8^η Οκτωβρίου του 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. .
- Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών καθώς και η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε μία φάση, στις

7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ

- Η παράδοση θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο θα παραδίδει εγγράφως την παραγγελία στον προμηθευτή με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκτελέσει την παραγγελία μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α': ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΟΙ)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ/ΤΙΜΗ
1.					
.....					
.....					
.....					