



15REQ003283240 2015-11-11

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία :10-11-2015

Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/Δ. Υ.
ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 57

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γρ. Προμηθειών

Πληροφορίες: Σταυρούλα Τσερπέ Τηλ. 27310-21031 & 93200, Φαξ 27310- 29068, e-mail: promht@hospspa.gr

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σχετ.: Η υπ' αρ. 22^η/04-11-2015 (ΘΕΜΑ 7^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τη προσφορά τους για:

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 1 ΤΜΧ.

(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 2.200,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Το υπό προμήθεια είδος να είναι καινούργιο, αμεταχειρίστο, άριστης ποιότητας και κατασκευής και να διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Να είναι υψηλής απόδοσης κατάλληλη για όλες τις χρήσεις όπως για κλινικές , χειρουργεία, μονάδες, ανάνηψης, μονάδες εντατικής θεραπείας κλπ.
- Να διαθέτει τροχήλατη βάση με αντιστατικούς τροχούς δύο εκ των οποίων να φέρουν σύστημα πέδησης.
- Η τροχήλατη βάση να είναι απλής σχεδίασης και κατασκευής για εύκολο καθαρισμό και να φέρει ειδική υποδοχή για τοποθέτηση καθετήρων.
- Να υπάρχει ράγα περιφερειακά της τροχήλατης βάσης που διασφαλίζει μέγιστη ευελιξία, για την προσαρμογή μίας ή/και δύο φιαλών εκκριμάτων οποιουδήποτε μεγέθους και κατασκευάστριας εταιρίας ή/και για άλλα απαιτούμενα εξαρτήματα.

- Η αναρρόφηση να είναι συμπαγούς κατασκευής και να λειτουργεί με ρεύμα πόλεως 220V/50 Hz, μέσω εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου σε απ' ευθείας σύνδεση μέσω ρευματολήπτη σούκο και να διαθέτει χειρολαβή για πιο εύκολη μεταφορά.

15REQ003283240 2015-11-11

- Να έχει δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς κίνδυνο υπερθέρμανσης και να έχει αθόρυβη λειτουργία με επίπεδο θορύβου <40 dB.
- Να διαθέτει αντλία χωρίς την ανάγκη αλλαγής λαδιών.
- Να διαθέτει μανόμετρο με διαφορετικές περιοχές χρωμάτων ανάλογα με την επιθυμητή υποπίεση για ασφαλής διαχείριση του επιτυγχανόμενου κενού, φωτιζόμενο διακόπτη ON/OFF, εργονομικό και ακριβή ρυθμιστή κενού.
- Να διαθέτει διπλό σύστημα προστασίας έναντι υπερχειλίσης όπως:
 - 1 Μηχανικό φλοτέρ στην φιάλη εκκριμάτων
 - 2 Στο φιαλίδιο της υπερχειλίσης με μηχανικό φλοτέρ
- Το φιαλίδιο υπερχειλίσης να είναι τοποθετημένο σε ειδική εσοχή επί της αναρρόφησης ώστε προστατεύεται από χτυπήματα.
- Προαιρετικά να διαθέτει βαλβίδα εναλλαγής κενού από τη μία φιάλη σε άλλη με μια απλή κίνηση (Να αναφερθεί το σχετικό κόστος)
- Να διαθέτει δυνατότητα ρυθμιζόμενου κενού έως 90 Kρα περίπου.
- Αναρροφητική ικανότητα 40Lt/min περίπου.
- Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον ξένο οίκο που αφορά την δυνατότητα επισκευής των προσφερόμενων συσκευών καθώς επίσης και την κάλυψη ανταλλακτικών τουλάχιστον για δέκα (10) έτη.
- Η συσκευή να διαθέτει πιστοποιητικό CE και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485.
- Η προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει ISO 9001:2008 & ISO 13485:2012 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη, να πληροί την Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04 και να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε βάση του Π.Δ. 117/2004.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΙ 3 ΤΜΧ.

(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 8.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, ελεγχόμενο εξ' ολοκλήρου από μικροϋπολογιστές.
2. Να διαθέτει αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία.
3. Να λειτουργεί με ρεύμα 220-240 V / 50 Hz και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Το προσφερόμενο σύστημα να μπορεί να λειτουργεί και αποκλειστικά με ρεύμα ανεξάρτητα από τη λειτουργική κατάσταση της μπαταρίας.

4. Να έχει απόκριση συχνοτήτων έως 150 Hz.
5. Να διαθέτει καταγραφικό θερμικών κεφαλών δώδεκα (12) καναλιών και να καταγράφει σε χαρτί πλάτους 200 mm τουλάχιστον. Δυνατότητα εκτύπωσης σε 3,4,6,12 κανάλια.
6. Δυνατότητα ρύθμισης χρόνου εκτύπωσης στην αυτόματη καταγραφή.
7. Να διαθέτει 3 τουλάχιστον ταχύτητες καταγραφής 10 - 25 & 50 mm/sec περίπου.
8. Ευαισθησία 5 - 10 - 20 mm/mV.
9. Να διαθέτει κύκλωμα ανίχνευσης βηματοδότη.
10. Να διαθέτει φίλτρα για το μυϊκό τρόμο 25/35 Hz. Φίλτρα υψηλών συχνοτήτων 75 - 100 & 150 Hz. Επίσης να διαθέτει AC Filter 50/60Hz.
11. Να διαθέτει στον standard εξοπλισμό πρόγραμμα διάγνωσης ενηλίκων και παιδών καθώς και πρόγραμμα μετρήσεων καρδιολογικών παραμέτρων.
12. Να διαθέτει ανακλινόμενη έγχρωμη LCD οθόνη 6" τουλάχιστον στην οποία να απεικονίζονται και οι 12 απαγωγές ταυτόχρονα. Επίσης να διαθέτει δυνατότητα παγώματος (freeze) της οθόνης.
13. Να διαθέτει αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο.
14. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ μέσω Ethernet ή με ασύρματο δίκτυο LAN.
15. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ με κατάλληλο πρόγραμμα (software) για αρχειοθέτηση και επεξεργασία των ΗΚΓ γραφημάτων. (Να προσφερθεί προαιρετικά)
16. Να αποθηκεύονται σε εσωτερική μνήμη 300 ΗΚΓ φήματα περίπου και περισσότερα σε SD κάρτα (Να αναφερθεί ο αριθμός των ΗΚΓ γραφημάτων).
17. Διαθέτει πρόγραμμα ανίχνευσης αρρυθμιών και επιμήκυνση της εκτύπωσης αυτών.
18. Να καταγράφει 1- 3 απαγωγές του ΗΚΓ γραφήματος για ένα λεπτό.
19. Βάρος όχι μεγαλύτερο των 5 Kg.
20. Να διαθέτει πιστοποιητικό βάση της οδηγίας IEC 60601-2-51 το οποίο εγγυάται υψηλής ακριβείας ηλεκτροκαρδιογράφημα.

Γενικοί Όροι:

1. Συνέπεια και εμπειρία του προμηθευτή στη συντήρηση (αριθμός εγκατεστημένων και συντηρούμενων μηχανημάτων ιδίου τύπου σε Δημόσια και Ιδιωτικά Ιδρύματα).
2. Να παρέχεται από τον προμηθευτή εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2) έτη τουλάχιστον και τεχνικής υποστηρίξεως σε ανταλλακτικά και SERVICE για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. Τυχόν μεγαλύτερη παρεχόμενη εγγύηση θα προσμετρήσει θετικά.

15REQ003283240 2015-11-11

3. Το είδος θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί στο χώρο του Νοσοκομείου για τον οποίο προορίζεται, με έξοδα της εταιρείας.
4. Κατά την παράδοση η προμηθεύτρια εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού του Νοσοκομείου στο τρόπο χρήσης και επισκευής-συντήρησης του μηχανήματος για όσο διάστημα απαιτηθεί, καθώς επίσης και να παραδώσει τα εγχειρίδια χρήσης (2 αντίγραφα μεταφρασμένα στα ελληνικά) και τα τεχνικά εγχειρίδια μαζί με τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά σχέδια και τον κατάλογο εξαρτημάτων (Part list) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
5. Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να φέρει σήμανση CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ) σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και αποφάσεις καθώς και να πληροί όλα τα διεθνή Standard ασφαλείας. Η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστικού οίκου. Τέλος ο προμηθευτής να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (Φ.Ε.Κ 32Β' 16/01/2004), να διαθέτει EN ISO 9001:2000 και EN ISO 13485:2003 καθώς και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
6. Όλα ανεξαιρέτως τα προσφερόμενα είδη να συνοδεύονται με Τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται παραπομπές στο φύλλο συμμόρφωσης στα αντίστοιχα Τεχνικά φυλλάδια (prospectus και manuals) του κατασκευαστή που θα αποδεικνύουν την κάλυψη της κάθε μίας των προδιαγραφών. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, θα κατατίθενται αντίστοιχες βεβαιώσεις – δηλώσεις του κατασκευαστικού οίκου (μεταφρασμένες στην Ελληνική) που θα αποδεικνύουν τη σχετική συμμόρφωση. Προσφορές που δεν θα έχουν σαφείς παραπομπές ή δεν θα εμπεριέχουν φύλλο συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών δεν θα εξετάζονται.
7. Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί και Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου, με την οποία θα αναλαμβάνει ο ίδιος ή άλλος νόμιμα εξουσιοδοτημένος, όλες τις υποχρεώσεις του προμηθευτή σε περίπτωση απώλειας απ' αυτόν του συγκεκριμένου οίκου.

ΦΟΡΗΤΟ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΟ MONITOR ΖΩΤΙΚΩΝ ΖΗΜΕΙΩΝ ΤΜΧ. 2

(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να εργάζεται με ρεύμα πόλεως 220-240V/50 Hz και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες εξασφαλίζοντας διάρκεια λειτουργίας 3 ωρών.

2. Να είναι κατάλληλο για μεταφορά ασθενούς μικρών διαστάσεων και βάρους όχι μεγαλύτερο των 4 κιλών, με ενσωματωμένη χειρολαβή.
3. Να διαθέτει οθόνη TFT-έγχρωμη μεγέθους 10 ιντσών, 4 κυματομορφών, με ανάλυση 800 x 600 dots τουλάχιστον.
4. Ρύθμιση ταχύτητας καταγραφής 12,5 - 25 & 50 mm/sec.
5. Να παρακολουθεί φαινόμενα :
 - α) ΗΚΓραφήματος μέσω 3πολικού καλωδίου
 - β) Αναπνοή με χρόνο άπνοιας ρυθμιζόμενο 5-40 sec
 - γ) Οξυμετρίας μέσω probe δακτύλου πολλαπλών χρήσεων
 - δ) Αναίμακτης πίεσης
 - ε) Θερμοκρασίας
6. Να διαθέτει δυνατότητα ανίχνευσης της μεταβολής της τιμής της αναίμακτης πίεσης και να δίνει εμβόλιμες μετρήσεις για τον προσδιορισμό αυτής.
7. Να διαθέτει μνήμες αποθήκευσης επεισοδίων, συναγερμών και αρρυθμιών όλων των τύπων, για τις τελευταίες 100 ώρες παρακολούθησης.
8. Επιπλέον να αποθηκεύει το ΗΚΓράφημα για 48 ώρες τουλάχιστον υπό μορφή πυκνογραφήματος (Full disclosure).
9. Να εκτελεί trends 100 ωρών για όλες τις παρακολουθούμενες παραμέτρους.
10. Να έχει οπτικοακουστικούς συναγερμούς με ρυθμιζόμενα όρια για όλες τις παραμέτρους με αυτόματη τοποθέτηση των ορίων απ το μόνιτορ αναλόγως της κατάστασης του ασθενούς. Οι συναγερμοί να έχουν δυνατότητα κλιμάκωσης της κατηγορίας του alarm καθοριζόμενη από τον χρήστη.
11. Να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα για πλήρη λειτουργία. Επίσης να έχει δυνατότητα σύνδεσης με θερμικό καταγραφικό 3 καναλιών ενσωματωμένο στο monitor.
12. Η λειτουργία του να είναι απλή και να πραγματοποιείται μέσω οθόνης αφής με βοηθητικά μηνύματα καθοδήγησης του χρήστη, τα οποία να είναι στην ελληνική γλώσσα.
13. Να συνοδεύεται από ειδικό τροχήλατο τραπεζίδιο με συρτάρι.

Γενικοί Όροι:

8. Συνέπεια και εμπειρία του προμηθευτή στη συντήρηση (αριθμός εγκατεστημένων και συντηρούμενων μηχανημάτων ιδίου τύπου σε Δημόσια και Ιδιωτικά Ιδρύματα).
9. Να παρέχεται από τον προμηθευτή εγγύηση καλής λειτουργίας για δυο (2) έτη τουλάχιστον και τεχνικής υποστηρίξεως σε ανταλλακτικά και SERVICE για δέκα (10) έτη τουλάχιστον. Τυχόν μεγαλύτερη παρεχόμενη εγγύηση θα προσμετρήσει θετικά.

10. Το είδος θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί στο χώρο του Νοσοκομείου για τον οποίο προορίζεται, με έξοδα της εταιρείας.
11. Κατά την παράδοση η προμηθεύτρια εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση εκπαίδευσης του προσωπικού του Νοσοκομείου στο τρόπο χρήσης και επισκευής-συντήρησης του μηχανήματος για όσο διάστημα απαιτηθεί, καθώς επίσης και να παραδώσει τα εγχειρίδια χρήσης (2 αντίγραφα μεταφρασμένα στα ελληνικά) και τα τεχνικά εγχειρίδια μαζί με τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά σχέδια και τον κατάλογο εξαρτημάτων (Part list) σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
12. Το προσφερόμενο είδος θα πρέπει να φέρει σήμανση CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ) σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και αποφάσεις καθώς και να πληροί όλα τα διεθνή Standard ασφαλείας. Η προσφορά να συνοδεύεται απαραίτητα από πιστοποιητικά ISO του κατασκευαστικού οίκου. Τέλος ο προμηθευτής να πληροί την Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (Φ.Ε.Κ 32Β΄ 16/01/2004), να διαθέτει EN ISO 9001:2000 και EN ISO 13485:2003 καθώς και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
13. Όλα ανεξαιρέτως τα προσφερόμενα είδη να συνοδεύονται με Τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται παραπομπές στο φύλλο συμμόρφωσης στα αντίστοιχα Τεχνικά φυλλάδια (prospectus και manuals) του κατασκευαστή που θα αποδεικνύουν την κάλυψη της κάθε μίας των προδιαγραφών. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, θα κατατίθενται αντίστοιχες βεβαιώσεις – δηλώσεις του κατασκευαστικού οίκου (μεταφρασμένες στην Ελληνική) που θα αποδεικνύουν τη σχετική συμμόρφωση. Προσφορές που δεν θα έχουν σαφείς παραπομπές ή δεν θα εμπεριέχουν φύλλο συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών δεν θα εξετάζονται.
14. Με την τεχνική προσφορά να κατατεθεί και Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του κατασκευαστικού οίκου, με την οποία θα αναλαμβάνει ο ίδιος ή άλλος νόμιμα εξουσιοδοτημένος, όλες τις υποχρεώσεις του προμηθευτή σε περίπτωση απώλειας απ' αυτόν του συγκεκριμένου οίκου.

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ 1 ΤΜΧ.

(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 300,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

1. Να είναι ψυχρού φωτισμού.
2. Να διαθέτουν λάμες ανατομικού σχήματος με ενσωματωμένη δέσμη οπτικών ινών για να παρέχει άριστο λευκό φωτισμό.
3. Το φως να κατευθύνεται με ακρίβεια στην επιγλωττίδα και τις φωνητικές χορδές.
4. Αντιολισθητικός σχεδιασμός λαβής.
5. Να διαθέτει λάμες Νο: 0, 1, 2, 3, 4 με αλκαλικές μπαταρίες σε θήκη μεταφοράς.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1. Ο α/α αριθμός και η Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ.
2. Να αναφέρετε εξωτερικά στη προσφορά σας τον Αριθμό Αιτήματος μας (Θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία).
3. **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, χωρίς βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται: τα στοιχεία του διαγωνισμού και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης.
4. Να κατατεθεί φύλο συμμόρφωσης ανά είδος.
5. Χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 180 ημέρες.
6. Να αναφέρετε το χρόνο παράδοσης των ειδών κατόπιν έγγραφης παραγγελίας.
7. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις **19/11/2015**, και ώρα **14:00 π.μ.** στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Σπάρτης.
8. Οι προσφορές που είναι εκπρόθεσμες δεν αξιολογούνται.
9. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
10. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο <http://www.eprocurement.gov.gr> & στο <http://www.hosplak.gr>

ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ α/α

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΕΡΠΕ

ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ