



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
 ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 5/ 2 /2015

Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/1550

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών.

Πληροφορίες: Π. ΦΕΓΓΑΡΑ Τηλ. 27310-21031, Φαξ 27310- 29068, email bpromht@hospspa.gr

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τον υπ' αριθμ. 3/2015 πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό του Νοσοκομείου για την προμήθεια φίλτρων τεχνητού νεφρού.

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 3/2015 διακήρυξης του Νοσοκομείου που έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, σας ενημερώνουμε για τις ποσότητες ανά είδος:

Είδος μεμβράνης φίλτρου	Επιφάνεια μεμβράνης φίλτρου σε m ²	KUF/ m ² < ή > των 20ml/h.mmHg	Καθάρσεις ουσιών (>.....) σε ml/min με Qb300ml/min & Qd500ml/min					ΚοΑ >..... ΟΥΡΙΑΣ	Συντελεστής συμβατότητας Β2-Μ	Είδος αποστείρωσης	Συνοδές γραμμές για μηχανήμα TN	Ποσότητες
			Ουρία	Κρεατινίνη	Φωσφορικά	Βιτ. Β12	Ινουλίνη					
				Kuf>20ml	high flux							
Πολυσουλφόν η(τύπου Helixone)	1,8	<20	260	230	200	135	970	<0,5	Ατμοκλιβανος	B.BRAUN	360	
Πολυσουλφόν η(τύπου Helixone)	2,2	>20	275	260	245	190	1350	0,8	Ατμοκλιβανος	B.BRAUN	360	
Πολυσουλφόν η(τύπου POLYNEPHRONO	1,9	<20	260	250	215	140	1250	<0,5	Β ή γ ακτι/βολία	B.BRAUN	360	
Πολυσουλφόν η(τύπου POLYNEPHRONO	2,1	>20	280	265	250	190	1950	0,8	Β ή γ ακτι/βολία	B.BRAUN	360	

Μεμβράνη πολυαιθερική ς σουλφόνης τύπου purema	1,8 m	<20	250- 257	220-240	170-180	80- 90		700- 900	<0. 5	Β ή γ ακτι/βο λία	B.BRAU N	360
Κράμα πολυεστέρα- Πολυαιθέρα	2,1	>20	260	240	235	170	115	100 0	0,8 5	Β ή γ ακτι/βο λία	B.BRAU N	360

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ. Υ

ΕΥΑΓΓ. ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ