



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 16/04/2018

Αρ. Πρωτοκ : Δ.Υ.

Αρ. Προσφοράς : 17

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Χίου Γεωργία Τηλέφωνο 27310 - 93390, Φαξ 27310 - 93164, email : gxiou@hospspa.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Σε εκτέλεση της υπ' αριθμό 24^η/20-10-2016 (θέμα 8^ο) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης & Μολάων), καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τη προσφορά τους για:

I. **ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	ΑΜΦΙΔΡΟΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ FOLLEY-ΤΙΕΜΜΑΝ ΜΗΚΟΣ 40CM & 14FR	ΤΕΜΑΧΙΑ	10
2.	ΑΜΦΙΔΡΟΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ FOLLEY-ΤΙΕΜΜΑΝ ΜΗΚΟΣ 40CM & 16FR	ΤΕΜΑΧΙΑ	15
3.	SET ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΙΡΙΔΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕΜΑΧΙΩΝ	SET	5
4.	ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΝΟΥΜΕΡΟ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟ 5-10	ΤΕΜΑΧΙΑ	20
5.	ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 2LT ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 CC 2.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 100 ML, ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ 50ML, ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΝΑ 100ML ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΟΤΕΡΗ ΑΝΑ 500 ML,, 3.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΟΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ, ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 4. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΣΤΟΥ (1 εκ), ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΦΡΑΖΕΙ ΑΠΟ ΠΗΓΜΑΤΑ. 5.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 90-100-ΕΚ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΓΕΙ ΣΕ ΡΥΓΧΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΜΠΤΕΤΑΙ (ΝΑ ΜΗΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	300

	ΕΦΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΑΝΑΡΤΗΡΑ. 6.. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΣΑΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΟΠΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΤΑΤΟ/ΑΝΑΡΤΗΡΑ 7. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ. 8 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ (ΒΑΛΒΙΔΑ) ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ, ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ, ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ. 9. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΤΥΠΟΥ Τ (ΤΑΦ)/ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΡΡΟΗ.		
6.	ΤΡΙΒΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ν. 540 15 ΕΚΑΤ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	1.000
7.	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΡΤΦΕ Ø 0,028”& ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ 150cm	ΤΕΜΑΧΙΑ	10
8.	ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΡΤΦΕ Ø 0,028”& ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ 150cm	ΤΕΜΑΧΙΑ	15
9.	<p>Σετ μόνιμου υποκλειδίου καθετήρα διπλού αυλού για αιμοκάθαρση.</p> <p>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</p> <p>Σετ μόνιμου υποκλειδίου ανάδρομης τεχνικής τοποθέτησης καθετήρα διπλού αυλού 14FR περίπου. Από βιοσυμβατό υλικό για μακροχρόνια χρήση, ανθεκτικό στα αποστειρωτικά του σημείου εξόδου (ιωδιούχα, αλκοολούχα κ.λ.π.) με αποσχιζόμενους αυλούς μεταβλητού μήκους, τύπου split σε διάφορα μήκη από 28 έως 36 εκατοστά.</p> <p>Να διατίθεται για τοποθέτηση: α) με ορθόδρομη τεχνική & β) ανάδρομη τεχνική.</p> <p>Το αποστειρωμένο σετ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτηση του καθετήρα με ανάδρομη τεχνική: καθετήρα διπλού αυλού, με τις αντίστοιχες αρτηριακές/φλεβικές προεκτάσεις στις απολήξεις τους, συρμάτινους οδηγούς τύπου J, αποσχιζόμενο αγγειακό διαστολέα/οδηγό, τροκάρ, πώματα, βελόνα παρακέντησης, αγγειακούς διαστολείς, κλπ. Ακτινοσκοπικός, κατάλληλος για αιμοκάθαρση. Η παροχή αίματος να είναι περίπου 400 ml/min. Να αναφέρεται ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του καθετήρα.</p> <p>Να διατίθενται σετ με καθετήρες που έχουν προτοποθετημένο ενδοαυλικό οδηγό για ευκολία στην τοποθέτηση. Να φέρουν σήμανση CE.</p>	ΤΕΜΑΧΙΑ	3
10.	<p>Σετ μόνιμου καθετήρα αιμοκάθαρσης για εμφύτευση στην έσω σφαγίτιδα για αιμοκάθαρση</p> <p>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</p> <p>Σετ μόνιμου υποκλειδίου/σφαγιτιδικού/μηριαίου εμφυτεύσιμου καθετήρα διπλού αυλού 14,5Fr περίπου από βιοσυμβατό υλικό για μακροχρόνια χρήση, ανθεκτικό στα αποστειρωτικά του σημείου εξόδου (ιωδιούχα, αλκοολούχα κ.λ.π.) και σε διάφορα μήκη από το</p>	ΤΕΜΑΧΙΑ	3

	<p>cuff μέχρι το άκρο 24 έως 40 εκατοστά με προτοποθετημένο σταθερό cuff, κατάληξη σε άκρα σχήματος D.</p> <p>Να διατίθεται για τοποθέτηση: α) με ορθόδρομη τεχνική & β) ανάδρομη τεχνική.</p> <p>Το αποστειρωμένο σετ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτηση του: καθετήρα διπλού αυλού, αποσχιζόμενο αγγειακό διαστολέα/οδηγό, αγγειακούς διαστολείς, τροκάρ, βελόνα παρακέντησης, συρμάτινο οδηγό, ειδικά πώματα κλπ.</p> <p>Ακτινοσκοιερός, κατάλληλος για αιμοκάθαρση, αιμοδιήθηση, πλάσμαφαίρεση CVVH κλπ. Η παροχή αίματος να είναι περίπου 400 ml/min. Να αναφέρεται ο όγκος πλήρωσης των αυλών στα σκέλη του καθετήρα. Να φέρουν σήμανση CE.</p>		
--	---	--	--

II. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΣΚΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ Ο ₂ (ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ)	ΤΕΜΑΧΙΑ	50
2.	<p>ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 2 LT ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ</p> <p>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</p> <p>1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2000 CC 2.ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΑ 100 ML, ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΝΑ 100 CC ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΟΤΕΡΗ ΑΝΑ 500 CC, 3. .ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΧΡΟΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ 4. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 90-100-ΕΚ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΛΗΓΕΙ ΣΕ ΡΥΓΧΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ , ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΥΛΙΚΟ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΜΠΤΕΤΑΙ (ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ/ΑΝΑΡΤΗΡΑ. 5. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΒΡΥΣΑΚΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ .</p>	ΤΕΜΑΧΙΑ	100
3.	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΘΗΚΗ ΗΛΚΕΤΡΟΔΙΟΥ 6Χ8 CM) ΣΕ ΣΕΤ 4Χ4	ΤΕΜΑΧΙΑ	16
4.	ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ LARGE (ΔΙΑΣΤΑΣΗ 45x45 mm)	ΤΕΜΑΧΙΑ	6
5.	ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΜΕΔΙΟΥΜ (ΔΙΑΣΤΑΣΗ 45x90 mm)	ΤΕΜΑΧΙΑ	6
6.	<p>ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΈΚΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ</p> <p>ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</p> <p>Να φέρει ενσωματωμένους ειδικούς σωλήνες 3 περίπου μέτρων που δεν αποφράσσονται, για σύνδεση με δύο φιάλες ορού για την έκπλυση και με την αναρρόφηση. Να συνοδεύεται από κάνουλες πλύσης αναρρόφησης διαμέτρου 10mm με ατραυματικό άκρο</p>	ΤΕΜΑΧΙΑ	15
7.	ΗΛΚΕΤΡΟΔΙΑ PADS ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ/ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ LIFEPAK 20 ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MEDRONIC	ΤΕΜΑΧΙΑ	2
8.	ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Π.Χ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Η΄ ΜΟΛΑΩΝ)						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ
1.						
.....						
.....						
.....						

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

1. Ο α/α αριθμός και η Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. (εφόσον υπάρχει).
2. Να αναφέρετε εξωτερικά στην προσφορά σας τον Αριθμό Αιτήματος μας (Θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία).
3. Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφορά σας να είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες .
4. Οι προσφορές που είναι εκπρόθεσμες δεν αξιολογούνται .
5. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .
6. Να αναφέρετε το χρόνο παράδοσης των ειδών κατόπιν παραγγελίας .
7. Η παράδοση των ποσοτήτων που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα θα γίνει στην εκάστοτε Νοσηλευτική Μονάδα .
8. Η προμήθεια των ειδών της παρούσας πρόσκλησης γίνεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
9. Η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διακοπής της προμήθειας για το υπόλοιπο των ποσοτήτων σε περίπτωση που συναφθούν αντίστοιχες συμβάσεις από δημόσιους διαγωνισμούς από το Νοσοκομείο ή άλλους φορείς του Ε.Π.Π. .
10. Για το είδος πέντε (5) «ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 2LT ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΛΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ», του πίνακα Ι. (Της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης), να κατατεθεί δείγμα «επί ποινή αποκλεισμού».
11. Για το είδος δύο (2) «ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΠΛΟΙ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 2 LT ΜΕ ΒΡΥΣΑΚΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ», του πίνακα ΙΙ. (Της Νοσηλευτικής Μονάδας Μολάων), να κατατεθεί δείγμα «επί ποινή αποκλεισμού».
12. Για τα υπό προμήθεια είδη των πινάκων Ι & ΙΙ (Ν.Μ. Σπάρτης & Ν.Μ. Μολάων), παρακαλούμε όπως σταλούν prospectus .
13. Για τα είδη 9 & 10 του Πίνακα Ι της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στην προσφορά τους τιμή για ορθόδρομη και για ανάδρομη τεχνική .
14. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται με την προσφορά τους να υποβάλλουν και το «**Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς**».

15. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 23/04/2018, και ώρα 14:00 π.μ. στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης.
16. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας www.hosplak.gr και στο <http://eprocurement.gov.gr> .

Για το Γραφείο Προμηθειών

Της Ν.Μ. Μολάων

Χίου Γεωργία

Ο Προϊστάμενος Οικονομικού

Ατσαβές Γρηγόριος

Υποδιεύθυνση Διοικητικού

Παναταζόπουλος Ιωάννης