



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία: 21-03-2018

Αρ. Πρωτοκ: Φ/ΒΙΤ/3418

Αρ. Αιτήματος: **ΒΙΤ - 3**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Τεχνικού, Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Πληροφορίες: Ι. ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ Τηλ. 27310-93103, Fax: 27310- 29068 E-mail: biomed@hospspa.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Ν.Μ Σπάρτης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για:

1. Την επισκευή και προληπτική συντήρηση του ακουογράφου Amplaid A319 με S/N: ELA3199949 006 του εργαστηρίου Ακουομέτρησης Τμήματος ΩΡΛ. Το εν λόγω μηχάνημα παρουσιάζει βόμβο από το μικρόφωνο πέτου του Ιατρού (μονοφωνικό με επίχρυση σύνδεση RCA) και χρήζουν αντικατάστασης τα ακουστικά ενδοεπικοινωνίας ιατρού με ασθενή (στερεοφωνικού τύπου με βύσμα στερεοφωνικό καρφί 3.5mm).
2. Την αντικατάσταση των ηχομονωτικών υλικών, πάχους περίπου 30mm (επισυνάπτεται σχετική φωτογραφία του υπάρχοντος σχήματος στο Παράρτημα της Πρόσκλησης), του ακουολογικού θαλάμου Euro Medical Audio S.r.l. Cabina Silente Mod. 2 με S/N: 0005381, τα οποία παρουσιάζουν αποσύνθεση λόγω πολυετούς χρήσης. Ο εν λόγω θάλαμος διαθέτει τις εξής παρακάτω διακριτές εσωτερικές επιφάνειες: 1. Οπίσθια επιφάνεια (Πλάτος x Ύψος): 85 cm x 181 cm περίπου, 2. Αριστερή πλαϊνή επιφάνεια (Πλάτος x Ύψος): 85cm x 181cm περίπου, 3. Εμπρόσθια επιφάνεια (Πλάτος x Ύψος): 85cm x 181cm περίπου στην οποία υπάρχει παράθυρο εποπτείας του ασθενή από υαλοπίνακα εσωτερικών διαστάσεων 57cm x 57cm περίπου, 4. Δεξιά πλαϊνή επιφάνεια (Πλάτος x Ύψος): 85cm x 181cm περίπου στην οποία υπάρχει πόρτα εισόδου στο θάλαμο διαστάσεων (Πλάτος x Ύψος): 158cm x 46cm. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την ηχομόνωση θα είναι κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό κατάλληλης πυκνότητας, το οποίο θα είναι άκαυστο ή κατ' ελάχιστον βραδύκαυστο σε περίπτωση πυρκαγιάς. Για το προτεινόμενο υλικό να κατατεθεί

18REQ002834094 2018-03-21
απαραίτητα συμπληρωμένα τεχνικά τεύχη και συντελεστών ηχοαπορρόφησης για τις παρακάτω ενδεικτικές συχνότητες καθώς και να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό του κατασκευαστικού οίκου του υλικού που θα επιβεβαιώνει τους εν λόγω συντελεστές απορρόφησης:

Συχνότητες Ηχοαπορρόφησης (as)					
Συχνότητες (Hz)	250	500	1000	2000	3000
Συντελεστής απορρόφησης υλικού					

Επιπλέον των επιφανειών, θα γίνει και αλλαγή οποιονδήποτε υλικών περιμετρικά της θύρας εισόδου στον θάλαμο, τα οποία εξασφαλίζουν την πλήρη ακουστική απομόνωση του ασθενή και θα είναι κατασκευασμένα με ίδιες τεχνικές προδιαγραφές του ηχομονωτικού υλικού των επιφανειών.

Για τις παραπάνω εργασίες αντικατάστασης, θα δίδεται έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 2 ετών.

Τόπος Διενέργειας Εργασιών: Ο χώρος του εργαστηρίου Ακουομέτρησης Τμήματος ΩΡΛ του Γ.Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ ΣΠΑΡΤΗΣ

Επί **ποινή απορρίψεως** της προσφοράς παρακαλούμε όπως **απαραίτητα** σε αυτήν:

1. Επί του εξωτερικού φακέλου της να αναγράφεται η ένδειξη:

«Προς Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης

Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Υπόψη Κου Σταθούλη

Οικονομική Προσφορά

Αριθμός Αιτήματος: (Ευρίσκεται κάτω από τον αριθμό πρωτοκόλλου)».

2. Επί της προσφοράς, να αναφέρεται η χρονική διάρκεια ισχύος της, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει είναι μικρότερη από 60 ημέρες.

3. Στην οικονομική προσφορά, υποχρεωτικά να αναγράφεται το ποσό που αφορά τα απαιτούμενα υλικά, το ποσό της αντίστοιχης εργασίας καθώς και το συνολικό ποσό της προσφοράς. Επιπλέον, θα διευκρινίζεται εάν τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν το εκάστοτε νόμιμο ποσοστό ΦΠΑ και θα φέρει **πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή**.

4. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές σε **κλειστό φάκελο** σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις **27-03-2018** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00 μ.μ.**

18REQ002834094 2018-03-21
στη Γραμματεία-Πρωτόκολλο Νοσοκομείου Λακωνίας, Μοιάδων Σπάρτης, Επιπέων, προσφορές που θα αποσταλούν μέσω Fax ή E-mail δεν θα εξετάζονται.

5. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η **συνολικά χαμηλότερη τιμή**.

6. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας www.hosplak.gr και στο <http://www.eprocurement.gov.gr> (όταν αυτό απαιτείται).

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜ. Β.Ι.Τ

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΥ

Ι. ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

ΓΡΗΓ. ΑΤΣΑΒΕΣ

ΕΥΑΓ. ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ

Παράρτημα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

