



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία: 04-04-2018

Αρ. Πρωτοκ: Φ/ΒΙΤ/3984

Αρ. Αιτήματος: **ΒΙΤ - 4****ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Υποδιεύθυνση Τεχνικού, Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Πληροφορίες: Ι. ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ Τηλ. 27310-93103, Fax: 27310- 29068 E-mail: biomed@hospspa.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Ν.Μ Σπάρτης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για:

1. Την επισκευή και προληπτική συντήρηση του ακουογράφου Amplaid A319 με S/N: ELA3199949 006 του εργαστηρίου Ακουομέτρησης Τμήματος ΩΡΛ. Το εν λόγω μηχάνημα παρουσιάζει βόμβο από το μικρόφωνο πέτου του Ιατρού (μονοφωνικό με επίχρυση σύνδεση RCA) και χρήζουν αντικατάστασης τα ακουστικά ενδοεπικοινωνίας ιατρού με ασθενή (στερεοφωνικού τύπου με βύσμα στερεοφωνικό καρφί 3.5mm).
2. Την αντικατάσταση των ηχομονωτικών υλικών, πάχους περίπου 30mm (επισυνάπτεται σχετική φωτογραφία του υπάρχοντος σχήματος στο Παράρτημα της Πρόσκλησης), του ακουολογικού θαλάμου Euro Medical Audio S.r.l. Cabina Silente Mod. 2 με S/N: 0005381, τα οποία παρουσιάζουν αποσύνθεση λόγω πολυετούς χρήσης. Ο εν λόγω θάλαμος διαθέτει τις εξής παρακάτω διακριτές εσωτερικές επιφάνειες: 1. Οπίσθια επιφάνεια (Πλάτος x Ύψος): 85 cm x 181 cm περίπου, 2. Αριστερή πλαϊνή επιφάνεια (Πλάτος x Ύψος): 85cm x 181cm περίπου, 3. Εμπρόσθια επιφάνεια (Πλάτος x Ύψος): 85cm x 181cm περίπου στην οποία υπάρχει παράθυρο εποπτείας του ασθενή από υαλοπίνακα εσωτερικών διαστάσεων 57cm x 57cm περίπου, 4. Δεξιά πλαϊνή επιφάνεια (Πλάτος x Ύψος): 85cm x 181cm περίπου στην οποία υπάρχει πόρτα εισόδου στο θάλαμο διαστάσεων (Πλάτος x Ύψος): 158cm x 46cm. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την ηχομόνωση θα είναι κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό κατάλληλης πυκνότητας, το οποίο θα είναι άκαυστο ή κατ' ελάχιστον βραδύκαυστο σε περίπτωση πυρκαγιάς. Επιπλέον των επιφανειών, θα γίνει και αλλαγή

18REQ0002915524 2018-04-04
οποιοδήποτε υλικό περιφερειακό και όποια πρόσδεση στο θάλαμο, τα οποία θα εξασφαλίζουν την πλήρη ακουστική απομόνωση του ασθενή.

Τόπος Διενέργειας Εργασιών: Ο χώρος του εργαστηρίου Ακουομέτρησης Τμήματος ΩΡΛ του Γ.Ν ΛΑΚΩΝΙΑΣ-Ν.Μ ΣΠΑΡΤΗΣ

Επί **ποινή απορρίψεως** της προσφοράς παρακαλούμε όπως **απαραίτητα** σε αυτήν:

1. Επί του εξωτερικού φακέλου της να αναγράφεται η ένδειξη:

«Προς Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης

Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας – Υπόψη Κου Σταθούλη

Οικονομική Προσφορά

Αριθμός Αιτήματος: (Ευρίσκεται κάτω από τον αριθμό πρωτοκόλλου)».

2. Επί της προσφοράς, να αναφέρεται η χρονική διάρκεια ισχύος της, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει είναι μικρότερη από 60 ημέρες.

3. Στην οικονομική προσφορά, υποχρεωτικά να αναγράφεται το ποσό που αφορά τα απαιτούμενα υλικά, το ποσό της αντίστοιχης εργασίας καθώς και το συνολικό ποσό της προσφοράς, για το ανάλογο είδος (Επισκευή Ακουογράφου ή Θαλάμου Ακουστικής Απομόνωσης). Επιπλέον, θα διευκρινίζεται εάν τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν το εκάστοτε νόμιμο ποσοστό ΦΠΑ και θα φέρει **πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή**.

4. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές σε **κλειστό φάκελο** σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις **18-04-2018** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14:00 μ.μ.** στη Γραμματεία-Πρωτόκολλο της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης. Επιπλέον, προσφορές που θα αποσταλούν μέσω Fax ή E-mail δεν θα εξετάζονται.

5. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η **συνολικά χαμηλότερη τιμή ανά είδος (Επισκευή Ακουογράφου ή Ακουολογικού Θαλάμου)**.

6. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας www.hosplak.gr και στο <http://www.eprocurement.gov.gr> (όταν αυτό απαιτείται).

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜΗΜ. Β.Ι.Τ

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΥ

Ι. ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ

ΓΡΗΓ. ΑΤΣΑΒΕΣ

ΕΥΑΓ. ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ

18REQ002915524 2018-04-04

Παράρτημα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

