



15REQ003278045 2015-11-10

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία :10-11-2015

Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/Δ. Υ.
ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 55

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γρ. Προμηθειών

Πληροφορίες: Σταυρούλα Τσερπέ Τηλ. 27310-21031 & 93200, Φαξ 27310- 29068, e-mail: promht@hospspa.gr

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σχετ.: Η υπ' αρ. 22η/04-11-2015 (ΘΕΜΑ 7^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τη προσφορά τους για:

1. Trocar HASSON για χρήση με οπτικές/εργαλεία 10 mm (4 TEMAXIA).

- Διαμέτρου 11 χιλ. και μήκους 10 ± 3 εκ.
- Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Να είναι κλιβανιζόμενο.
- Κάνουλα με βαλβίδα storcock για εμφύσηση αερίου, βαλβίδα σφράγισης που λειτουργεί αυτόματα για προστασία κυρίως των αιχμηρών εργαλείων, χωρίς σπείρωμα στην επιφάνειά της. Το άκρο της να εξασφαλίζει ατραυματική είσοδο και διάτρηση του περιτόναιου.
- Να συνοδεύεται από: τυφλό στυλεό (με ατραυματικό άκρο).
- Να διαθέτει βάσεις για στερέωση των ραμμάτων.
- Να διαθέτει χρωματική κωδικοποίηση για ευκολότερη αναγνώριση των διάφορων μεγεθών και μηκών.

2. Trocar για χρήση με οπτικές/εργαλεία 10 mm (4 TEMAXIA).

- Διαμέτρου 11 χιλ. και μήκους 10 ± 2 εκ.

• Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα

- Να είναι κλιβανιζόμενο.
- Κάνουλα με βαλβίδα storcock για εμφύσηση αερίου, βαλβίδα σφράγισης που λειτουργεί αυτόματα για προστασία κυρίως των αιχμηρών εργαλείων ,χωρίς σπείρωμα στην επιφάνειά της. Το άκρο της να εξασφαλίζει ατραυματική είσοδο και διάτρηση του περιτόναιου.
- Να συνοδεύεται από: στυλεό με κωνική λόγχη.
- Να διαθέτει χρωματική κωδικοποίηση για ευκολότερη αναγνώριση των διάφορων μεγεθών και μηκών.

3. Trocar για χρήση με οπτικές/εργαλεία 5 mm (8 TEMAXIA).

- Διαμέτρου 5,5 - 6 χιλ. και μήκους 8 ± 2 εκ.
- Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα.
- Να είναι κλιβανιζόμενο.
- Κάνουλα με βαλβίδα storcock για εμφύσηση αερίου, βαλβίδα σφράγισης που λειτουργεί αυτόματα για προστασία κυρίως των αιχμηρών εργαλείων , χωρίς σπείρωμα στην επιφάνειά της. Το άκρο της να εξασφαλίζει ατραυματική είσοδο και διάτρηση του περιτόναιου.
- Να συνοδεύεται από: στυλεό με κωνική λόγχη.
- Οι στυλεοί να είναι ένας για κάθε δύο trocar (Σύνολο 4 τεμάχια).
- Να διαθέτει χρωματική κωδικοποίηση για ευκολότερη αναγνώριση των διάφορων μεγεθών και μηκών.

4. Λαπαροσκοπικό μονοπολικό ψαλίδι Metzenbaum πολλαπλών χρήσεων(6 TEMAXIA)

- Να παρέχει βολικό και εργονομικό χειρισμό
- Να είναι διαμέτρου 5 mm και μήκους 33 ± 3 εκ.
- Να διαθέτει σιαγώνες διπλής ενέργειας μήκους 20χιλ. κυρτές.
- Να αποτελείται από τρία μέρη: εσωτερικό εργαλείου, μονωμένο μεταλλικό μαύρο σωλήνα και πλαστική χειρολαβή χωρίς κλείδωμα
- Να είναι περιστρεφόμενο κατά 360°
- Να συναρμολογείται και να αποσυναρμολογείται γρήγορα και αξιόπιστα.
- Να έχει υποδοχή για μονοπολική διαθερμία στο πάνω μέρος της λαβής.
- Να μην έχει κρυμμένα κενά σημεία όπου μπορούν να παγιδευτούν αίμα ή υπολείμματα ιστού.
- Να είναι κλιβανιζόμενο.

5. Λαπαροσκοπική μονοπολική λαβίδα "DISSECTER" τύπου Maryland πολλαπλών χρήσεων (6 TEMAXIA)

- Να παρέχει μεγάλη μηχανική σταθερότητα.
- Να είναι διαμέτρου 5 mm και μήκους 33 ± 3 εκ.
- Να διαθέτει κυρτούς σιαγώνες διπλής ενέργειας μήκους 18 ± 2 χιλ.
- Να αποτελείται από τρία μέρη: εσωτερικό εργαλείου, μονωμένο μεταλλικό μαύρο σωλήνα και πλαστική χειρολαβή χωρίς κλείδωμα
- Η χειρολαβή να διαθέτει άνετο χειρισμό και αποφυγή σημείων πίεσης στα δάχτυλα.
- Να είναι περιστρεφόμενη κατά 360°
- Να έχει υποδοχή για μονοπολική διαθερμία στο πάνω μέρος της λαβής.
- Να μην έχει κρυμμένα κενά σημεία όπου μπορούν να παγιδευτούν αίμα ή υπολείμματα ιστού.
- Να είναι κλιβανιζόμενη

6. Λαπαροσκοπική διπολική λαβίδα "DISSECTER" πολλαπλών χρήσεων (1 TEMAXIO)

- Να παρέχει μεγάλη μηχανική σταθερότητα.
- Να είναι διαμέτρου 5 mm και μήκους 33 ± 3 εκ.
- Να διαθέτει σιαγώνες ενέργειας μήκους 18 ± 2 χιλ.
- Να αποτελείται από τρία μέρη: εσωτερικό εργαλείου, μονωμένο μεταλλικό μαύρο σωλήνα και πλαστική χειρολαβή χωρίς κλείδωμα
- Η χειρολαβή να διαθέτει άνετο χειρισμό και αποφυγή σημείων πίεσης στα δάχτυλα.
- Να είναι περιστρεφόμενη κατά 360°
- Να είναι κατάλληλη για διπολική αιμόσταση.
- Να έχει υποδοχή για διαθερμία στο πάνω μέρος της λαβής.
- Να συμπεριλαμβάνεται διπολικό καλώδιο κατάλληλο για σύνδεση με τη διαθερμία του νοσοκομείου.
- Να μην έχει κρυμμένα κενά σημεία όπου μπορούν να παγιδευτούν αίμα ή υπολείμματα ιστού.
- Να είναι κλιβανιζόμενη

Γενικά

1. Όλα τα προσφερόμενα απαραίτητα θα πρέπει να είναι του ιδίου οίκου κατασκευής για πλήρη συμβατότητα και ομοιογένεια.
2. Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν το CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα.

3. Να έχουν αγγίσει καλή λειτουργία τουλάχιστον δύο έτη.

4. Όλα τα παραπάνω να βεβαιώνονται από τα επίσημα προσπέκτους του κατασκευαστικού οίκου.
5. Να κατατεθεί πλήρες και αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές.
6. Να αποσταλεί δείγμα εφ' όσον ζητηθεί.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1. Ο α/α αριθμός και η Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ.
2. Να αναφέρετε εξωτερικά στη προσφορά σας τον Αριθμό Αιτήματος μας (θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία).
3. Χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 180 ημέρες.
4. **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, χωρίς βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται: τα στοιχεία του διαγωνισμού και ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος

5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 20/11/2015, και ώρα 14:00 π.μ. στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Σπάρτης.
6. Οι προσφορές που είναι εκπρόθεσμες δεν αξιολογούνται.
7. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
8. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο <http://www.eprocurement.gov.gr> & στο <http://www.hosplak.gr>

ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ α/α

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΕΡΠΕ

ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ