



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία :18-09-2017

Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/Δ. Υ.
ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 38

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γρ. Προμηθειών

Πληροφορίες: κ. Σταυρούλα Τσερπέ Τηλ. 27310-21031 & 93200, Φαξ 27310- 29068, <mailto:promht@hospspa.gr>

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας σε εκτέλεση της υπ' αρ. 17^η/01-09-2017 (θέμα 6^ο) απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τη προσφορά τους για:

Αναλογικά (Μανομετρικά) πιεσόμετρα δεκαέξι (16) τεμάχια.

Τεχνική περιγραφή

1. Να είναι κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση
2. Να αποτελείται από περιχειρίδα, μανόμετρο ως ενιαία συσκευή με το πουάρ (φούσκα) και την βαλβίδα για μεγαλύτερη ακρίβεια.
3. Να είναι εύχρηστα, ανθεκτικά στα χτυπήματα και ελεύθερα από λάτεξ,
4. Το μανόμετρο να είναι ανθεκτικό στην πίεση, να διαθέτει μικροφίλτρο το οποίο να προστατεύει τη βαλβίδα και το μανόμετρο από σκόνες ή ξένα σωματίδια. Η βαλβίδα να παρέχει ακρίβεια διαφυγής του αέρα (χωρίς διαρροές), να έχει ανθεκτικότητα και ελεγχόμενη μείωση της πίεσης στην μέτρηση.
5. Να διαθέτει μονό σωλήνα με σύστημα διανομής της πίεσης του αέρα, το οποίο να ελέγχει με ακρίβεια την ροή, (όταν αυξάνεται η πίεση αέρα μέσα στο μανόμετρο) για μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια του μανόμετρου.
6. Να είναι κατασκευασμένο (το μανόμετρο) με διπλά τοιχώματα από πολύ ανθεκτικό θερμοπλαστικό υλικό, να διαθέτει ελαστικό δακτύλιο για την προστασία του από κραδασμούς και πτώση.
7. Το κατράν να είναι ευκρινές και μεγάλης διαμέτρου (περίπου 55mm), για εύκολη ανάγνωση, με δείκτη καλιμπρασμένο με ακρίβεια, υψηλής ποιότητας.
8. Η κλίμακα μέτρησης πίεσης να έχει εύρος από 0-300mmHg, με ακρίβεια $\pm 3\%$
9. Να διαθέτει πουάρ καλής ποιότητας ελαστικού, εύχρηστο στις πιέσεις των χεριών.

17REQ001957997 2017-09-18

10. Να διαθέτει περιχειρίδα εξαιρετικής ποιότητας (μονού σωλήνα), πλενόμενη με κλείσιμο Velcro, διαστάσεων 15εκ - 50 εκ περίπου.
11. Το πιεσόμετρο να διαθέτει θήκη και ανταλλακτικά.
12. Εγγύηση καλής λειτουργίας μεγαλύτερη ή ίση των δύο ετών.
13. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά να πληρούν την Ευρωπαϊκή – Κοινοτική Νομοθεσία.
14. Να κατατεθούν τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου για το προσφερόμενο είδος.
15. Επί ποινής απόρριψης να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση, το οποίο θα επιστραφεί μετά το τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας.
16. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης.

Προϋπολογισμός: 65,00€/τμχ. πλέον Φ.Π.Α 24% ήτοι συνολικό κόστος : 1.289,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1. Ο α/α αριθμός και η Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ.
2. Να αναφέρετε στο φάκελο εξωτερικά στη προσφορά σας τον Αριθμό Αιτήματος μας (Θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία).
3. *Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της πρόσκλησης.*
4. *Χρόνος ισχύος προσφορών 120 ημέρες.*
5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις **26/09/2017** και ώρα **14:00 π.μ.** στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της N. Μ. Σπάρτης.
6. Οι προσφορές που είναι εκπρόθεσμες δεν αξιολογούνται.
7. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.
8. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο <http://www.eprocurement.gov.gr> & στο <http://www.hosplak.gr>

ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΕΡΠΕ

ΑΤΣΑΒΕΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ