



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
6^η Υ.Π.Ε.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 11 - 01 - 2017
Αρ. Πρωτοκ : Δ.Υ.
Αρ. Προσφοράς : 1Μ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες : κα. Χίου Γεωργία Τηλέφωνο 27310 - 93355, Φαξ 27310 - 93164, email : gxίου@hospspa.gr

ΠΡΟΣ

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα : Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για :

I. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Α/Α	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ Υ, ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Β/BRAUN	ΤΕΜΑΧΙΑ	100

II. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

A/A	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΜΟΛΑΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΗΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΤΥΠΟΥ Υ, ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GAMBRO ΚΑΙ FRESENIUS	ΤΕΜΑΧΙΑ	24
2.	ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 2lt ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ <ul style="list-style-type: none"> • Να φέρεται σε ατομική συσκευασία . • Ο σάκος να έχει χωρητικότητα 2 λίτρα και να διαθέτει διαβάθμιση ανά 100 ml ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος του υγρού που χρησιμοποιείται για να ηπαρινιστούν οι γραμμές και το φίλτρο. • Να διαθέτει εγκοπές που να επιτρέπουν να προσαρμοστεί στο στατό του μηχανήματος. • Να διαθέτει clamp το οποίο να διακόπτει τη ροή εισόδου – εξόδου . • Να διαθέτει συνδετικό σύστημα Luer Lock. • Να είναι αποστειρωμένο και ελεύθερο πυρετογόνων . 	ΤΕΜΑΧΙΑ	60
3.	ΛΑΒΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, ΚΟΝΤΕΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ 12CM), ΕΥΧΡΗΣΤΕΣ, ΣΤΑΘΕΡΕΣ , ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΣΠΑΝΕ ΕΥΚΟΛΑ.	ΤΕΜΑΧΙΑ	100
4.	ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΦΙΛΤΡΑ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GAMBRO AK200 ULTRA S	ΤΕΜΑΧΙΑ	16
5.	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ Νο 17,5CM ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΙ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ & ΕΥΘΕΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	3
6.	ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ Νο 20CM ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΙ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ & ΕΥΘΕΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	7
7.	ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GAMBRO AK 200S	ΤΕΜΑΧΙΑ	150

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1. Ο α/α αριθμός και η Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ.
2. Να αναφέρετε εξωτερικά στην προσφορά σας τον Αριθμό Αιτήματος μας (Θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία).
3. Να αναφέρετε την χρονική διάρκεια ισχύος της προσφορά σας.
4. Οι προσφορές που είναι εκπρόθεσμες δεν αξιολογούνται .
5. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή .

17REQ005685784 2017-01-11

6. Η παράδοση των υλικών για τον **πίνακα I** θα γίνει στην Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης και για τον **πίνακα II** στην Νοσηλευτική Μονάδα Μολάων .
7. **Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 18/01/2017, και ώρα 14:00 π.μ. στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Νοσηλευτικής Μονάδας Σπάρτης.**
8. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας www.hosplak.gr και στο <http://eprocurement.gov.gr> .

Για το Γραφείο Προμηθειών

Ο Προϊστάμενος Οικονομικού

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικής
Υπηρεσίας Της Νοσηλευτικής Μονάδας
Σπάρτης

Χίου Γεωργία

Ατσαβές Γρηγοριος

Τρουγκάκος Ευάγγελος