



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 13/05/2021

Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/4530

Αρ. Προσφοράς : 18

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (2)

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Χίου Γεωργία, Τηλέφωνο 27310 - 93390, Φαξ 27310 - 29068, email : [gxiau@hospspa.gr](mailto:gxiau@hospspa.gr)

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

**Θέμα:** Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Σε εκτέλεση των κατωτέρω :

- Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)".
- Του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α/19-05-2017), περί «Διενέργεια Διαγωνισμών και σύναψη σύμβασης» .
- Του ν. 4605/01-04-2019 (Α'52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.
- Την υπ' αριθμό 175/08-04-2021 (ΑΔΑ 64ΩΧ46907Η-ΓΔΑ) Απόφαση Διοικήτριας του Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Σπάρτης.
- Την Δέσμευση πίστωσης της Ν.Μ. Σπάρτης 170 (ΑΔΑ ΩΧΣΛ46907Η-ΤΙΓ)

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας - Ν.Μ. Σπάρτης, προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για την προμήθεια διατάξεων αναισθησίας και ανάνηψης (κυκλώματα πολλαπλών χρήσεων, συνδετικά οξυγόνου, διχάλα σύνδεσης φίλτρου εκπνοής, βαλβίδα διαφυγής πολλαπλών χρήσεων κ.λ.π.), όπως απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟ Φ.Π.Α.	ΠΟΣΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 24%	ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
-----	------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	---------------	----------------------

1	ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	15,00	300,00	72,00	372,00
2	ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΕΚΠΝΟΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	2,00	100,00	24,00	124,00
3	ΔΙΧΑΛΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΕΚΠΝΟΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	2,00	40,00	9,60	49,60
4	ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ	20	5,00	100,00	24,00	124,00
					<b>540,00</b>	<b>129,60</b>	<b>669,60</b>

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Βαλβίδα διαφυγής εκπνεόμενων** πολλαπλών χρήσεων: Να διαθέτει βαλβίδα με ελεγχόμενη διαφυγή για χρήση με μάσκα CPAP- **BIPAP μη αεριζόμενες** και να **αποστειρώνεται** σε κλίβανο ατμού /πλάσματος. Σε περίπτωση που δεν αποστειρώνεται το υλικό σε κλίβανο τότε σε κατάλληλο απολυμαντικό υγρό, (π.χ γλουταραλδεύη) Τεμάχια: είκοσι (20)
- **Φίλτρο αντιβακτηριακό εκπνοής μιας χρήσης:** Το φίλτρο να έχει απόδοση αντιμετώπισης μικροβίων >99,9%, να διαθέτει χαμηλές αντιστάσεις για ροές έως και 230 lpm, σύνδεση 22 F-22M. Τεμάχια: πενήντα (50)
- **Διχάλα για σύνδεση φίλτρου εκπνοής** πολλαπλών χρήσεων: Αντάπτορας τύπου Υ, να έχει διάμετρο 22mm (22M/15F) και σύνδεση ασθενούς 22M - 22M και να **αποστειρώνεται** σε κλίβανο ατμού /πλάσματος, Σε περίπτωση που δεν αποστειρώνεται το υλικό σε κλίβανο, τότε σε κατάλληλο απολυμαντικό υγρό, (π.χ γλουταραλδεύη) Τεμάχια: είκοσι (20)
- **Κύκλωμα (κρικοειδής σωλήνας)** πολλαπλών χρήσεων: **Αναπνευστικός** σωλήνας κρικοειδής, ο οποίος να είναι κατασκευασμένος από 100 τοις % σιλικόνη, μήκους περίπου 150 εκ, διάμετρο 22-22. Να αποστειρώνεται σε κλίβανο ατμού. Τεμάχια: εικοσιπέντε (20)
- Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
- Να κατατεθούν τα τεχνικά φυλλάδια-prospectus του κατασκευαστικού οίκου για το προσφερόμενο είδος.
- Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ85/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τεύχ. Β/02-10-09). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει μαζί με την προσφορά να κατατεθούν τα ανάλογα

πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στην κατηγορία στην οποία έχει ταξινομηθεί το εν λόγω προϊόν. Το προσφερόμενο προϊόν να διαθέτει απαραίτητα σήμανση CE Mark από πιστοποιημένο οργανισμό.

- Να κατατεθεί ISO 13485 του κατασκευαστικού οίκου.
- Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης.
- Επί ποινής απόρριψης να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση, το οποίο θα επιστραφεί μετά το τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας.

#### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ανά κιλό/ τεμάχιο)	ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ
1.							

#### ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

1. Ο α/α αριθμός και η Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. (εφόσον υπάρχει).
2. Να αναφέρετε εξωτερικά στην προσφορά σας τον Αριθμό Αιτήματος μας (Θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία).
3. Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφορά σας να είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες .
4. Οι προσφορές που είναι εκπρόθεσμες δεν αξιολογούνται .
5. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
6. Οι ενδιαφερόμενοι να αναφέρουν τον χρόνο παράδοσης των προσφερόμενων ειδών .
7. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών κατόπιν παραγγελίας να είναι πέντε (5) μέρες .
8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις Προσφορές τους για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας ή για είδη ξεχωριστά .
9. Να κατατεθεί Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει όπου να δηλώνεται ότι:
  - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
  - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
  - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
  - Παιρείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαδικασίας, διακοπή σύμβασης.
  - Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
10. Οι οικονομικοί φορείς να καταθέσουν Φορολογική & Ασφαλιστική Ενημερότητα και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης στο ΓΕΜΗ που να συνοδεύεται από την σχετική ανακοίνωση .

11. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται με την προσφορά τους να υποβάλλουν και το «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς».
12. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 18/05/2021, και ώρα 14:00 π.μ. στο mailto : [gxiau@hospspa.gr](mailto:gxiau@hospspa.gr) , υπόψιν κα. Χίου Γεωργία .
13. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας [www.hosplak.gr](http://www.hosplak.gr) και στο <http://eprocurement.gov.gr> .

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ