



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 29/05/2018

Αρ. Πρωτοκ : Δ.Υ.

Αρ. Προσφοράς : 28

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών,
Πληροφορίες : κα. Χίου Γεωργία Τηλέφωνο 27310 - 93390, Φαξ 27310 - 93164, email : gxίου@hospspa.gr

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος .

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας (Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης & Μολάων) λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμό 174/18-05-2018 (ΑΔΑ Ω02Ψ46907Η-ΕΥΡ) Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Λακωνίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τη προσφορά τους για :

A. ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ)

I. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΣΥΡΙΓΓΑ 200ML ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΧΥΤΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΡΙΡΑΚ/ΜCΤ	ΤΕΜΑΧΙΑ	600
2	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	6.000
3	ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 1CC ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 28GX	ΤΕΜΑΧΙΑ	7.000
4	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10CC ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ 21G 1 1/2	ΤΕΜΑΧΙΑ	70.000
5	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2.5CC ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ 21G 1 1/2	ΤΕΜΑΧΙΑ	30.000
6	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20CC ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ 21G 1 1/2	ΤΕΜΑΧΙΑ	20.000
7	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5CC ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ 21G 1 1/2	ΤΕΜΑΧΙΑ	40.000
8	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60CC ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΡΥΓΧΟΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	1.200
9	ΤΑΙΝΙΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΛΕΓΜΑΤΩΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΠΟ ΡVDF	ΤΕΜΑΧΙΑ	2
10	ΔΕΞΑΜΕΝΗ 100ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	30
11	ΔΕΞΑΜΕΝΗ 400ML	ΤΕΜΑΧΙΑ	50
12	ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ 15 FR	ΤΕΜΑΧΙΑ	30

II. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 1 ML ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΜΕ 25G X 5/8 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	7.200
2	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 2,5 ML ΜΕ 21G X 1,1/2 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	9.600
3	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5 ML ΜΕ 21G X 1,1/2 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	3.600
4	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10 ML ΜΕ 21G X 1,1/2 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	18.000
5	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20 ML ΜΕ 21G X 1,1/2 ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	2.400
6	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 50 - 60ML ΜΕ ΕΥΡΥ ΡΥΓΧΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	200
7	ΣΥΡΙΓΓΕΣ 60 ML ΜΕ ΣΤΕΝΟ ΡΥΓΧΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	150
8	ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΛΗΡΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	25
9	ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΕΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	40
10	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 25G X 90MM ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ 38MM QUINKE	ΤΕΜΑΧΙΑ	25
11	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 26G X 90MM ΚΑΦΕ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ 38MM QUINKE	ΤΕΜΑΧΙΑ	25
12	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 27G X 90MM ΓΚΡΙ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ 38MM QUINKE	ΤΕΜΑΧΙΑ	25
13	ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 23G X 90MM ΜΠΛΕ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ 38MM QUINKE	ΤΕΜΑΧΙΑ	5

Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (Π.Χ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Η' ΜΟΛΑΩΝ)**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ	ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ
1.						
.....						
.....						
.....						

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

1. Ο α/α αριθμός και η Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ. (εφόσον υπάρχει).
2. Να αναφέρετε εξωτερικά στην προσφορά σας τον Αριθμό Αιτήματος μας (θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία).
3. Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφορά σας να είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες .
4. Οι προσφορές που είναι εκπρόθεσμες δεν αξιολογούνται .
5. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .
6. Να αναφέρετε το χρόνο παράδοσης των ειδών κατόπιν παραγγελίας .
7. Η παράδοση των ποσοτήτων που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα θα γίνει στην εκάστοτε Νοσηλευτική Μονάδα .
8. Η προμήθεια των ειδών της παρούσας πρόσκλησης γίνεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
9. Δέσμευση πίστωσης Ν.Μ. Σπάρτης, ΑΔΑ : Ψ6ΦΜ46907Η-ΩΘΑ 149 Μ.Δ. .

10. Η υπηρεσία μας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διακοπής της προμήθειας για το υπόλοιπο των ποσοτήτων σε περίπτωση που συναφθούν αντίστοιχες συμβάσεις από δημόσιους διαγωνισμούς από το Νοσοκομείο ή άλλους φορείς του Ε.Π.Π. .
11. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται με την προσφορά τους να υποβάλλουν και το «Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς».
12. **Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 05/06/2018, και ώρα 14:00 π.μ. στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, υπόψιν κα. Χίου Γεωργία .**
13. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας www.hosplak.gr και στο <http://eprocurement.gov.gr> .

Για το Γραφείο Προμηθειών
Της Ν.Μ. Μολάων

Ο Προϊστάμενος Οικονομικού

Διευθυντής Δ.Υ.

Χίου Γεωργία

Ατσαβές Γρηγόριος

Τρουγκάκος Ευάγγελος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΩΝ)

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΠΛΗΡΕΣ (Είδος με A/A 8)

Σετ επισκληριδίου αναισθησίας με καθετήρα επισκληριδίου αναισθησίας και βελόνα επισκληριδίου αναισθησίας 18G(περιέχει καθετήρα, βελόνα, επίπεδο φίλτρο και σύριγγα χωρίς αντίσταση)

Ο καθετήρας πρέπει:

- Να είναι κατασκευασμένος από διάφανο συνθετικό nylon έτσι ώστε να παρέχει διαύγεια, αντοχή και αντίσταση στο τσάκισμα (kinking)
- Να έχει κλειστό άκρο
- Με 3 πλάγιες, ασύμμετρες οπές, σε κοντινή απόσταση από το άκρο
- Να φέρει στρογγυλεμένο, ατραυματικό άκρο που ελαχιστοποιεί τους τραυματισμούς κατά την εισαγωγή
- Ο καθετήρας πρέπει να είναι αντιστατικό και να φέρει ειδική σήμανση του άκρου του
- Να φέρει διαβάθμιση ανά 1cm για να διευκολύνει την ακριβή τοποθέτηση του καθετήρα
- Να παρέχει ανεμπόδιση και σταθερή ροή
- Να φέρει συνδετικό ασφαλείας Luer Lock, που δεν εμποδίζει τη ροή των υγρών
- Να είναι latex free
- Να είναι διαθέσιμος σε Νο 16-18G H

σύριγγα πρέπει:

- Να είναι χωρίς αντίσταση με μικρή σταθερή τριβή στην κίνηση του εμβόλου
- Να παρέχει άριστη ευαισθησία στην ανίχνευση του επισκληριδίου χώρου
- Να φέρει διαβάθμιση για να δείχνει την πρόοδο του εμβόλου
- Να είναι κατάλληλη για χρήση στην τεχνική με αέρα και στην τεχνική με φυσιολογικό ορό
- Να φέρει κατάλληλο συνδετικό για τις βελόνες επισκληριδίου
- Να είναι latex free

Οι βελόνες επισκληριδίου αναισθησίας Tuohy πρέπει:

- Να φέρουν τελείως ατραυματικό άκρο Tuohy Hubb που δεν κόβει τους ιστούς
- Να φέρουν ενσωματωμένο πλαστικό στυλεό για ατραυματικό πέρασμα των ιστών
- Να φέρουν περύγια που να τοποθετούνται ή να αφαιρούνται κατά βούληση
- Να είναι βαθμονομημένες ανά 10mm
- Αποστειρωμένες μιας χρήσεως
- Να είναι διαθέσιμες σε Νο 16-18G, με μήκος 90mm
- Να είναι Latex free

Το φίλτρο πρέπει:

- Να φέρει υδρόφιλη μεμβράνη, υψηλής διηθητικής ικανότητας μέχρι 0,2μm
- Να φέρει συνδετικά ασφαλείας Luer lock (male & female)
- Να είναι επίπεδο για τη μέγιστη άνεση του ασθενούς
- Να είναι διάφανο για να επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση του φιλτραρίσματος και της ποσότητας φαρμάκου
- Να είναι κατάλληλο για χρήση 96 ωρών
- Να είναι Latexfree

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ (latex free) (Είδος με α/α 9)

ΒΕΛΟΝΑ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΟΥΣ (ΡΑΧΙΑΙΑΣ) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ PENCIL POINT 26-27 G ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ (latex free). Οι βελόνες πρέπει:

- Να έχουν λεία εξωτερική επιφάνεια για να ελαχιστοποιεί τον ερεθισμό της μήνιγγας κατά την εισαγωγή
- Να φέρουν στυλεό από ανοξείδωτο ασάλι
- Να επιτρέπει την άμεση και γρήγορη παλινδρόμηση του ENY
- Να φέρει άκρο ακριβείας και σπή για ατραυματική εισαγωγή και ελαχιστοποίηση των μετεπεμβατικών κεφαλαλγιών
- Το μέγεθος και η θέση της πλάγιας σπής, να ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες «διασκληριδίου τοποθέτησης» (διαμέσου ή κατά μήκος της σκληράς μήνιγγας).
- Να φέρει διαφανή δακτυλολαβή που επιτρέπει την άμεση πιστοποίηση της παλινδρόμησης του ENY
- Να φέρει στυλεού με χρωματική σήμανση για άμεση αναγνώριση του μεγέθους
- Να διατίθεται μαζί με βελόνα εισαγωγής για να επιβεβαιώνεται η ακριβής και ασφαλής τοποθέτηση στον υπαραχνοειδή χώρο
- Να είναι latexfree
- Να διατίθενται σε μεγέθη 26-27 G σε μήκος 90mm ΜΕ ΟΔΗΓΟ

ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ QUINCKE (Είδη με α/α από 10 έως 13)

Βελόνες ραχιαίας αναισθησίας, ατραυματικές λεπτών τοιχωμάτων για γρήγορη επιστροφή νωτιαίου υγρού, με διαφανή πλαστική λαβή, διακριτικό χρώμα για κάθε μέγεθος, μιας χρήσεως αποστειρωμένες, Latex-free & DEHP-free, τύπου QUINCKE.

- G23, εξ. διαμ. 0,60mm, μήκους 75mm, χρώμα: μπλε, χωρίς οδηγό εισαγωγέα
- G25, εξ. διαμ. 0,53mm, μήκους 90mm, χρώμα: πορτοκαλί, με μεταλλικό οδηγό εισαγωγέα μήκους 38mm, εξ. διαμ. 0,9mm
- G26, εξ. διαμ. 0,47mm, μήκους 90mm, χρώμα: καφέ, με μεταλλικό οδηγό εισαγωγέα μήκους 38mm, εξ. διαμ. 0,9mm
- G27, εξ. διαμ. 0,42mm, μήκους 90mm, χρώμα: γκρι, με μεταλλικό οδηγό εισαγωγέα μήκους 38mm, εξ. διαμ. 0,7mm