



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία: 21/07/2022
Αρ. Πρωτοκ.: Φ/Λ/17/7174
Αρ. Προσφοράς: 38

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: κα. Βαλιώτη Ε., Τηλέφωνο: 27310-93265, Fax: 27310-93164, [E-mail: promithies@hosplak.gr](mailto:promithies@hosplak.gr)

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την υπ' αρ. **315/20-07/2022 με ΑΔΑ: ΩΖΣΤ46907Η-ΧΘΗ** Απόφαση της Διοικήτριας
- την υπ' αρ. **214/20-07-2022 με ΑΔΑ:64ΙΩ46907Η-ZB6** Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης

Το Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια συσκευών παρακολούθησης κορεσμού του αίματος σε οξυγόνο (οξύμετρα) και αναλογικών πιεσόμετρων με CPV: 35125100-7 & 33123100-9, για τις ανάγκες της κλινικής covid-19, ΤΕΠ covid-19 και άλλων τμημάτων της Ν.Μ. Σπάρτης, προϋπολογισθείσας δαπάνης **2.207,20 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως αναλύονται παρακάτω:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Οξύμετρα	TEM	12	50,00 €	600,00 €
2	Αναλογικά πιεσόμετρα μονού αυλού	TEM	10	90,00 €	900,00 €
3	Ηλεκτρονικά πιεσόμετρα βραχίονα	TEM	8	35,00 €	280,00 €
				ΜΕΡ.ΣΥΝ.	1.780,00 €
				Φ.Π.Α 24%	427,20 €
				ΓΕΝ.ΣΥΝ.	2.207,20 €

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Είδος Οξύμετρα:

- Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
- Να είναι αντοχής, για συχνή χρήση και από πολλούς χρήστες.
- Να έχει εύρος μέτρησης της παλμικής οξυμετρίας από 60-99% περίπου. Να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα στην μέτρηση. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση οι σχετικές κλίμακες ακρίβειας μέτρησης ανά κλίμακα τιμών παλμικής οξυμετρίας.
- Να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφρύ.
- Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη OLED (για ευκρίνεια και ευκολία στην ανάγνωση των τιμών), με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και αυτόματη και γρήγορη απενεργοποίηση (μετά την απομάκρυνση από το δάκτυλο).
- Η παλμική οξυμετρία να εμφανίζεται με αριθμητική τιμή και με γραφικό τρόπο στην οθόνη. Επιπλέον, στην οθόνη να απεικονίζεται με αριθμητική τιμή και ο αριθμός καρδιακών παλμών (σφύξεων) του ασθενή.
- Να έχει απαραίτητα ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
- Να διαθέτει δική του θήκη προστασίας.
- Να διαθέτει ιμάντα συγκράτησης με άγκιστρο ζώνης.
- Η εγγύηση καλής λειτουργίας να είναι για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
- Να τροφοδοτείται από αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους AAA (έως δύο τεμάχια)
- Οι οδηγίες χρήσης να είναι και στην Ελληνική Γλώσσα.
- Να κατατεθούν τα τεχνικά φυλλάδια-prospectus του κατασκευαστικού οίκου για το προσφερόμενο είδος.
- Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τεύχ. Β/02-10-09). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει μαζί με την προσφορά να κατατεθούν τα ανάλογα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στην κατηγορία στην οποία έχει ταξινομηθεί το εν λόγω προϊόν. Το προσφερόμενο προϊόν να διαθέτει απαραίτητα σήμανση CE Mark από πιστοποιημένο οργανισμό.
- Να κατατεθεί ISO 9001 και 13485 του κατασκευαστικού οίκου.
- Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης.
- Επί ποινής απόρριψης να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση, το οποίο θα επιστραφεί μετά το τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας.

2. Είδος αναλογικά πιεσόμετρα (Μανόμετρα) μονού αυλού: Να είναι κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση

- Να αποτελείται από περιχειρίδα, μανόμετρο ως ενιαία συσκευή με το πουάρ (φούσκα) και την βαλβίδα για μεγαλύτερη ακρίβεια.
- Να είναι εύχρηστα, ανθεκτικά στα χτυπήματα και ελεύθερα από λάτεξ.
- Το μανόμετρο να είναι ανθεκτικό στην πίεση, να διαθέτει μικροφίλτρο το οποίο να προστατεύει τη βαλβίδα και το μανόμετρο από σκόνες ή ξένα σωματίδια. Η βαλβίδα να παρέχει ακρίβεια διαφυγής του αέρα (χωρίς διαρροές), να έχει ανθεκτικότητα και ελεγχόμενη μείωση της πίεσης στην μέτρηση.
- Να διαθέτει μονό σωλήνα με σύστημα διανομής της πίεσης του αέρα, το οποίο να ελέγχει με ακρίβεια την ροή, (όταν αυξάνεται η πίεση αέρα μέσα στο μανόμετρο) για μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια του μανόμετρου.
- Να είναι κατασκευασμένο (το μανόμετρο) με διπλά τοιχώματα από πολύ ανθεκτικό θερμοπλαστικό υλικό, να διαθέτει ελαστικό δακτύλιο για την προστασία του από κραδασμούς και πτώση.
- Το κατράν να είναι ευκρινές και μεγάλης διαμέτρου (περίπου 55 mm), για εύκολη ανάγνωση, με δείκτη καλιμπρασμένο με ακρίβεια, υψηλής ποιότητας.
- Η κλίμακα μέτρησης πίεσης να έχει εύρος από 0-300mmHg, με ακρίβεια $\pm 3\%$.
- Να διαθέτει πουάρ καλής ποιότητας ελαστικού, εύχρηστο στις πιέσεις των χεριών.
- Να διαθέτει περιχειρίδα εξαιρετικής ποιότητας (μονού σωλήνα), **πλενόμενη** με κλείσιμο Velcro, **ενηλίκων**.
- Διαστάσεις περιχειρίδας: 60x 15 εκ περίπου.
- Το πιεσόμετρο να διαθέτει θήκη και ανταλλακτικά.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας πέντε έτη.
- Η συσκευή να φέρει CE και ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO
- Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 και 13485 και πιστοποιημένη από τον κατασκευαστικό οίκο.
- Να παρέχει τεχνική κάλυψη και ανταλλακτικά για 10 έτη.
- Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης.
- Να κατατεθούν τα τεχνικά φυλλάδια- prospectus του κατασκευαστικού οίκου για το προσφερόμενο είδος.
- Επί ποινής απόρριψης να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση , το οποίο θα επιστραφεί μετά το τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας.

3. Ηλεκτρονικά πιεσόμετρα βραχίονα

- Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση και να είναι εύχρηστο
- Να παρέχει ακρίβεια στην μέτρηση και αξιόπιστα αποτελέσματα
- Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες του εμπορίου
- Να απεικονίζει συστολική, διαστολική πίεση, καρδιακό παλμό και ένδειξη φυσιολογικών ορίων
- Να διαθέτει περιχειρίδα βραχίονα ενηλίκων με εργονομική εφαρμογή
- Να παρέχει ένδειξη πληρότητας μπαταρίας και κωδικούς τυχόν σφαλμάτων
- Να διαθέτει εύρος μέτρησης από 0-290 mmHg με ακρίβεια ± 3 mmHg, με διαβάθμιση 1 mmHg
- Να διαθέτει εύρος μέτρησης καρδιακού ρυθμού 40-240 bpm
- Να διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση σε φάση αδράνειας
- Να διαθέτει μεγάλη, ευκρινή , έγχρωμη και ευανάγνωστη οθόνη LED
- Να αποθηκεύει πάνω από 100 μετρήσεις με αριθμητική ένδειξη στην οθόνη
- Εγγύηση καλής λειτουργίας από τρία (3) έτη και άνω
- Η συσκευή να φέρει CE και ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO
- Να παρέχει τεχνική κάλυψη και ανταλλακτικά για 10 έτη
- Η συσκευή να φέρει CE και ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO
- Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 & 13485 και πιστοποιημένη από τον κατασκευαστικό οίκο
- Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης
- Να κατατεθούν τα τεχνικά φυλλάδια –prospectus του κατασκευαστικού οίκου για το προσφερόμενο είδος
- Επί ποινής απόρριψης να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση , το οποίο θα επιστραφεί μετά το τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας.

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(A/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/A/26-03-2014) , στην οποία θα δηλώνεται:
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

- Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
- Χρόνος ισχύος της προσφοράς εκατόν ογδόντα 180 ημέρες.
- Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα.
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του εκπροσώπου/ων της εταιρείας.
- Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ που να συνοδεύεται από την ανακοίνωση.

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hosplak.gr . Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η παράδοση των ειδών θα είναι εφάπαξ κατόπιν παραγγελίας εντός τριάντα (30) ημερών.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

- Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής .
- **Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορέας μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους , είτε για το σύνολο των ειδών, είτε για μεμονωμένα είδη.** Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι φορέας υποβάλλουν προσφορά μικρότερης ποσότητας της ζητούμενης, τότε αποκλείονται από την διαδικασία αξιολόγησης.

4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

- *Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά» της εταιρείας
Με Αρ. Προσφοράς 38, Υπόψη κ. Βαλιώτη Ε., Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης Τ.Κ: 231 00 Σπάρτη Λακωνίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις **29-07-2022** και ώρα 13:00 στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Σπάρτης.*
- Ο φάκελος να περιέχει τα ακόλουθα: 1) Υπεύθυνη δήλωση, 2) Φορολογική ενημερότητα, 3) Ασφαλιστική ενημερότητα, 4) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του εκπροσώπου/ων της εταιρείας, 5) Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, 6) την τεχνική και οικονομική σας προσφορά.
- **Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.**

5. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από : Του ν. 4412/2016 (Α' 147) *“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»*
- Του ν. 4605/01-04-2019 (Α'52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.
- Του ν. 4782/09-03-2021 (Α' 36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΕΥΔΟΞΙΑ