



15REQ003283112 2015-11-11

6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία :10-11-2015

Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/Δ. Υ.
ΑΡ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 56

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γρ. Προμηθειών

Πληροφορίες: Σταυρούλα Τσερπέ Τηλ. 27310-21031 & 93200, Φαξ 27310- 29068, e-mail: promht@hospspa.gr

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σχετ.: Η υπ' αρ. 22^η/04-11-2015 (ΘΕΜΑ 7^ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τη προσφορά τους για:

ΦΟΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 3 ΤΜΧ.

(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 4.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ανοξείδωτο(INOX).
- Τροχήλατο με ερεισίνωτο.
- Τουλάχιστον δύο ρόδες με φρένο.
- Με στρώμα και να διαθέτει στηρίγματα στρώματος με στρογγυλεμένες άκρες, που θα βρίσκονται πάνω-κάτω/δεξιά-αριστερά του στρώματος.
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης 50cm-90cm.
- Περιστρεφόμενες μεγάλης διαμέτρου ρόδες.
- Πλαϊνά προστατευτικά.
- Ρυθμιζόμενα κάγκελα.
- Στατώ ορού με δύο άγκιστρα με ρυθμιζόμενο ύψος.
- Βάση για φιάλη O2.
- Ράφι εναπόθεσης αντικειμένων.
- Διαστάσεις περίπου 190cm * 65cm περίπου (να αναφέρετε την ακριβή διάσταση που διαθέτετε)

15REQ003283112 2015-11-11

ΑΝΑΓΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 6 ΤΜΧ.

(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 4.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Να έχει δύο συμπαγείς πισινές ρόδες διαμέτρου 60cm (+ - 2) (με στεφάνι ρόδας).
- Να έχει δύο περιστρεφόμενες μπροστινές ρόδες διαμέτρου 20cm.
- Να είναι κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό με χρώμα INOX.
- Να έχει επενδυμένη ανατομική πλάτη.
- Να έχει ανατομικό κάθισμα πλάτης 45cm (+ - 2) περίπου.
- Συμπαγή στηρίγματα για τον βραχίονα και αποσπώμενα πλαϊνά.
- Χειροκίνητα φρένα στους πίσω τροχούς.
- Υποπόδια με δυνατότητα απόσπασης και περιστροφής.
- Αποσπώμενο στατώ ορού με δύο άγκιστρα.
- Να διαθέτει ενσωματωμένη ανοξειδωτη βάση για φιάλη O₂.

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΡΕΒΒΑΤΙ 3 ΤΜΧ.

(Προϋπολογισθείσα δαπάνη 1.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Να έχει σταθερό ύψος.
- Να διαθέτει επιχρωμιωμένο σκελετό από τετράγωνη σωλήνα.
- Να διαθέτει ανάκλιση στο τμήμα της κεφαλής από 0° - 80°.
- Το προσκέφαλο να είναι πομπέ.
- Να έχει ενσωματωμένη βάση για ρολό χάρτου.
- Να είναι επενδυμένο με δερματίνη αντοχής σε ποικιλία χρωμάτων.
- Διαστάσεις: 185 * 65 * 75cm ύψος περίπου (να αναφέρετε την ακριβή διάσταση που διαθέτετε)
- Πάχος στρώματος τουλάχιστον 15cm.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1. Ο α/α αριθμός και η Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε. Π. Υ.
2. Να αναφέρετε εξωτερικά στη προσφορά σας τον Αριθμό Αιτήματος μας (Θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία).
3. Χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς 180 ημέρες.
4. Να αναφέρετε το χρόνο παράδοσης των ειδών κατόπιν έγγραφης παραγγελίας.

5. ~~Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφοράς σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 19/11/2015, και ώρα 14:00 π.μ. στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Σπάρτης.~~

6. Οι προσφορές που είναι εκπρόθεσμες δεν αξιολογούνται.
7. Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.
8. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο <http://www.eprocurement.gov.gr> & στο <http://www.hosplak.gr>

ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ α/α

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΕΡΠΕ

ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ