



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 10-06-2020

Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/5999

Αρ. Προσφοράς : 22

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Τσερπέ Σταυρούλα Τηλέφωνο 27310 - 21031, Φαξ 27310 - 93164, <mailto:promht@hospspa.gr>ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σε εκτέλεση των: α) η υπ' αρ. 291 με ΑΔΑ: 6ΓΞΕ46907Η-ΒΡΒ Απόφαση Διοικητή β) η υπ' αρ. 126 με ΑΔΑ:60ΛΟ46907Η-ΡΘΖ Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης το Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια συσκευών διάγνωσης για τις ανάγκες της παιδιατρικής κλινικής CPV: 33124100-6 προϋπολογισθείσας δαπάνης 6.529,84€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% , για τα είδη όπως περιγράφονται παρακάτω:

1. **Θερμόμετρο μετώπου 1 τμχ.:** κατάλληλο για παιδιά με σαρωτή υπέρυθρης ακτινοβολίας για τη μέτρηση της θερμοκρασίας της κροταφικής αρτηρίας στο μέτωπο χωρίς επαφή, οι μετρήσεις να μην επηρεάζονται από παρεμβολές της θερμότητας. *Να κατατεθεί prospectus του προσφερόμενου προϊόντος της κατασκευάστριας εταιρείας.*
2. **Ζυγός παιδών με αναστημόμετρο 1 τμχ.:**
 - ✓ Ο ζυγός να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος
 - ✓ Να είναι κατάλληλος για χρήση σε νοσοκομεία Medical-grade.
 - ✓ Να είναι ηλεκτρονικός με τροφοδοσία από μπαταρίες αλλά να υπάρχει και η δυνατότητα τροφοδοσίας μέσω τροφοδοτικού ρεύματος.
 - ✓ Να είναι κολονάτος και να φέρει κεντρικό αναστημόμετρο με εύρος μέτρησης 10 – 230 cm.
 - ✓ Να διαθέτει μέγιστο βάρος ζύγισης 250Kg και διαβάθμιση 100gr.
 - ✓ Η μεταλλική (όχι πλαστική)πλατφόρμα να είναι επενδυμένη με αντιολισθητικό υλικό και να έχει διαστάσεις 35 x 42 x 6 cm περίπου.
 - ✓ Να διαθέτει επιπλέον λειτουργίες, TARE, HOLD, BMI.
 - ✓ Να διαθέτει 2 ρόδες μεταφοράς στο πίσω μέρος της πλατφόρμας και συνολικό βάρος κάτω από 15 κιλά για εύκολη μεταφορά.

- ✓ Η οθόνη να έχει δυνατότητα τοποθέτησης είτε δεξιά, είτε αριστερά.
- ✓ Να είναι EMR ready και να φέρει θύρα USB.
- ✓ Ο προμηθευτής να είναι εξουσιοδοτημένος από τον οίκο κατασκευής για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και βαθμονόμησης του ζυγού (να κατατεθεί σχετικό έγγραφο του οίκου).
- ✓ Με την προσφορά να κατατεθεί φυλλάδιο του είδους που να αποδεικνύει τα ζητούμενα.
- ✓ Να διαθέτει CE (να κατατεθεί).
- ✓ Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO : 13485 (να κατατεθεί).
- ✓ Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO : 9001 (να κατατεθεί).
- ✓ Να κατατεθεί prospectus του προσφερόμενου προϊόντος της κατασκευάστριας εταιρείας.

3. Επιτοίχιο Ωτοσκόπιο - Φαρυγγοσκόπιο 1 τμχ.:

- ✓ Η συσκευή να είναι καινούργια, αμεταχειρίστη και κατάλληλη για τη χρήση που προορίζεται.
- ✓ Η συσκευή να αποτελείται από επιτοίχιο μετασχηματιστή με δύο λαβές, κεφαλή ωτοσκοπίου και κεφαλή φαρυγγοσκοπίου με υποδοχή για γλωσσοπίεστρα.
- ✓ Οι λαβές να έχουν καλώδιο με μήκος 3,5 μέτρων και να φέρει ροοστάτη για αυξομείωση της έντασης φωτισμού, από 3% έως 100%.
- ✓ Να διαθέτει μαγνητικό διακόπτη, ο οποίος να ενεργοποιεί την λαβή όταν απομακρυνθεί από τον μετασχηματιστή και να την απενεργοποιεί όταν τοποθετείται στον μετασχηματιστή.
- ✓ Ακόμη και εάν μείνει εκτός διακόπτη να διακόπτεται η τροφοδοσία μετά από 15 λεπτά.
- ✓ Να φέρει κλείδωμα της κεφαλής ώστε να διασφαλίζεται από περιπτώσεις κλοπής.
- ✓ Να φέρει λειτουργία προοδευτικής αύξησης του φωτισμού για επιμήκυνση της ζωής των λαμπτήρων.
- ✓ Να μπορεί να επεκταθεί και με μονάδα μιας λαβής.
- ✓ Το σώμα της κεφαλής του ωτοσκοπίου να είναι κατασκευασμένο εξολοκλήρου από μέταλλο για μέγιστη ανθεκτικότητα.
- ✓ Το οπτικό παράθυρο να είναι από κρύσταλλο πολλαπλών επιστρώσεων, ανθεκτικό στις γρατζουνιές.
- ✓ Να διαθέτει μεγέθυνση x4,2.
- ✓ Να διαθέτει φωτισμό LED με θερμοκρασία χρώματος 3.500 K και CRI >97.
- ✓ Ο φωτισμός να μεταφέρεται με οπτικές ίνες (Fiber optic) και να αποδίδει με το χωνάκι επάνω περίπου 77.000 Lux.
- ✓ Η κεφαλή φαρυγγοσκοπίου να διαθέτει φωτισμό αλογόνου και υποδοχή για απλά ξύλινα γλωσσοπίεστρα.
- ✓ Ο προμηθευτής να είναι εξουσιοδοτημένος από τον οίκο κατασκευής για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και βαθμονόμησης (να κατατεθεί σχετικό έγγραφο του οίκου).
- ✓ Να διαθέτει CE (να κατατεθεί).
- ✓ Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO : 13485 (να κατατεθεί).
- ✓ Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO : 9001 (να κατατεθεί).
- ✓ Να κατατεθεί prospectus του προσφερόμενου προϊόντος της κατασκευάστριας εταιρείας.

4. Επιτοίχιο πιεσόμετρο

- ✓ Η συσκευή να είναι καινούργια, αμεταχειρίστη και κατάλληλη για τη χρήση που προορίζεται.

- ✓ Η συσκευή να είναι απολύτως Latex-free.
- ✓ Να είναι κατασκευασμένο από Πολυκαρβονικά υλικά για μεγάλη αντοχή και διάρκεια ζωής, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
- ✓ Να διαθέτει υψηλής ποιότητας δείκτη. Καλιμπραρισμένος με ακρίβεια και ανθεκτικός.
- ✓ Να διαθέτει ακριβέστατη βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα.
- ✓ Να διαθέτει μανόμετρο ιδιαίτερα ανθεκτικό. Αντοχή και αξιοπιστία.
- ✓ Το επιτραπέζιο πιεσόμετρο να διαθέτει μεγάλο καντράν διαμέτρου 130 mm τουλάχιστον ,με ευδιάκριτα χρώματα, η κλίμακα του πιεσόμετρου να έχει ακτίνα μέτρησης 0-300 mmHg και να έχει ακρίβεια ± 3 mmHg στη μέτρηση.
- ✓ Η επιτοίχια βάση να είναι κατασκευασμένη από μέταλλο για ανθεκτικότητα.
- ✓ Να διαθέτει θέση για την τοποθέτηση της περιχειρίδας μέτρησης της αρτηριακής πίεσης.
- ✓ Να μπορεί να περιστρέφεται για ευκολότερη ανάγνωση σε οποιαδήποτε γωνία.
- ✓ Να διαθέτει μακρύ σπινάλ σωλήνα σύνδεσης (3m).
- ✓ Να είναι διακριβωμένο με πιστοποιητικά κλινικών μελετών (Clinical Validated)
- ✓ Να δέχεται περιχειρίδες τριών μεγεθών ► να προσφερθεί και παραδοθεί με νεογνών, παιδών και εφήβων (από ένα τεμάχιο). Επίσης να κατατεθεί τιμή για κάθε περιχειρίδα.
- ✓ Οι περιχειρίδες να είναι Latex-free.
- ✓ Ο προμηθευτής να είναι εξουσιοδοτημένος από τον οίκο κατασκευής για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και βαθμονόμησης (να κατατεθεί σχετικό έγγραφο του οίκου).
- ✓ Να διαθέτει CE (να κατατεθεί).
- ✓ Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO : 13485 (να κατατεθεί).
- ✓ Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO : 9001 (να κατατεθεί).
- ✓ Να κατατεθεί prospectus του προσφερόμενου προϊόντος της κατασκευάστριας εταιρείας.

5. Βρεφικό αναστημόμετρο 1τμχ.

- ✓ Η συσκευή να είναι καινούργια και αμεταχειρίστη.
- ✓ Το αναστημόμετρο να είναι κατάλληλο για την ζύγιση νεογνών και βρεφών.
- ✓ Να είναι επιτραπέζιο.
- ✓ Να είναι αναδιπλούμενο και φορητό.
- ✓ Να έχει εύρος μέτρησης 10–99 cm.
- ✓ Να μπορεί να πλυθεί και να απολυμανθεί.
- ✓ Να κατατεθεί prospectus του προσφερόμενου προϊόντος της κατασκευάστριας εταιρείας.

6. Συσκευή Ανίχνευσης Φλεβών Υπερύθρων 1 τμχ.

- ✓ Η συσκευή να είναι καινούργια, αμεταχειρίστη και κατάλληλη για την χρήση που προορίζεται.
- ✓ Να είναι κατάλληλη για την ανίχνευση του φλεβικού συστήματος ανεξαρτήτως της χρώσης του δέρματος.
- ✓ Να είναι κατάλληλη για όλες της ηλικιακές ομάδες με τρία διαφορετικά μεγέθη εικόνας.
- ✓ Να διαθέτει 3 διαφορετικούς τρόπους απεικόνισης για τη μέγιστη απόδοση του φλεβικού «χάρτη».
- ✓ Η ανάλυση εικόνας να είναι 856x480 pixel.
- ✓ Να έχει απόσταση απεικόνισης 15-25 cm.

- ✓ Να διαθέτει οθόνη DLP 1,3”.
- ✓ Να έχει βάθος ανίχνευσης, έως και 12mm.
- ✓ Να μπορεί να ανιχνεύσει φλέβες ≥ 1 mm
- ✓ Να χρησιμοποιεί CMOS Camera για τη μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια.
- ✓ Να είναι ελαφριά με βάρος κάτω από 400gr.
- ✓ Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία με αυτονομία περίπου 2 ώρες συνεχής λειτουργίας.
- ✓ Να παραδοθεί με επιτραπέζια βάση.
- ✓ Να διαθέτει CE (να κατατεθεί).
- ✓ Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO : 13485 (να κατατεθεί).
- ✓ Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO : 9001 (να κατατεθεί).
- ✓ Να κατατεθεί prospectus του προσφερόμενου προϊόντος της κατασκευάστριας εταιρείας.

1. ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(A/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/A/26-03-2014) , στην οποία θα δηλώνεται:
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
 - Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
 - Χρόνος ισχύος της προσφοράς εκατόν είκοσι 120 ημέρες.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ & ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές, με ποινή απόρριψης υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος προσφοράς), στον οποίο πρέπει να περιέχονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Ο φάκελος να περιέχει τα ακόλουθα: 1. Υπεύθυνη δήλωση όπως περιγράφεται ανωτέρω (άρθρο 1) 2. Φορολογική ενημερότητα 3. Ασφαλιστική ενημερότητα 4) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του εκπροσώπου/ων της εταιρείας, 4. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ, 5. Την τεχνική προσφορά και το φύλλο συμμόρφωσης & 6. την οικονομική σας προσφορά. Τα προαναφερόμενα είναι επί ποινή απόρριψης εάν δεν κατατεθούν.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η οικονομική προσφορά θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, συμπληρωμένο (η τιμή σε ευρώ), υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα.

3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hoslak.gr Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η παράδοση των ειδών θα είναι εφάπαξ κατόπιν παραγγελίας εντός σαράντα (40) ημερών.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

5. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

- *Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά» της εταιρείας
Με Αρ. Προσφοράς 22, Υπόψη κ. Τσερπέ Στ. Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης Τ.Κ: 231 00
Σπάρτη Λακωνίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις **17-06-2020** και ώρα 13:00 στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Σπάρτης.*
- **Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.**

6. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΑΛΙΣΙΟ

- Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από : Του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- Του ν. 4605/01-04-2019 (Α'52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ α/α

**ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ Ι.Υ**