



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 20 / 5 / 2019

Αρ. Πρωτοκ: Φ / Λ / 17

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 28

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικού Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Περικλής Σταυράκος τηλ.: 27310 21031 e-mail: ps@hospspa.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΣΧΕΤ.:

- α) Η υπ' αριθμ. 2η/1-2-2019, θέμα 21ο, ΑΔΑ: 6Ψ1Κ46907Η-ΚΤΡ, Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Λακωνίας.
- β) Η υπ' αριθμ. 254/17-5-2019, ΑΔΑ: Ψ2Ν046907Η-Ι4Ν, Απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν.Λακωνίας.
- γ) Οι υπ' αριθμ. 49/6-2-2019, ΑΔΑ: 6ΔΗ346907Η-ΑΡΘ και 146/17-5-2019, ΑΔΑ: 9ΒΚΟ46907Η-ΠΒ, Αποφάσεις Δέσμευσης πιστώσεων.
- δ) Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 4970/8-5-2019 και 5047/9-5-2019 έγγραφα της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Σε εκτέλεση των σχετικών (α) και (β), το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για τα εξής:

Α) Στατώ ορού, 10 τεμάχια

Τεχνικά χαρακτηριστικά

1. Να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, AISI 304, στιβαρής κατασκευής και να ρυθμίζεται καθ' ύψος από 1,30 m έως 2,10 m, τουλάχιστον, μέσω συστήματος σταθεροποίησης με βίδα/ σφιγκτήρα.

2. Να διαθέτει τέσσερα (4) άγκιστρα από ανοξείδωτο χάλυβα για την τοποθέτηση ορών, με αντοχή βάρους εκάστου περίπου 3 κιλά.
3. Ο κατακόρυφος άξονας να έχει διάμετρο 18/25 mm περίπου και η ρύθμιση του ύψους να γίνεται με βίδα/σφιγκτήρα.
4. Να φέρει τροχήλατη, πεντακτινωτή βάση από ανοξείδωτο χάλυβα, AISI 304 25X25 mm με γέμιση από μασίφ μέταλλο στην κάθε ακτίνα, στιβαρής κατασκευής και διαμέτρου 600 mm περίπου, κατάλληλη για νοσοκομειακή χρήση.
5. Να διαθέτει ανθεκτικούς τροχούς διαμέτρου 8 cm περίπου, να είναι αντιστατικοί και οι δύο (2) εξ αυτών να φέρουν φρένο, με δυνατότητα αντικατάστασής τους όταν αυτό απαιτηθεί.
6. Το βάρος του να είναι 3 κιλά περίπου.
7. Να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001:2008 και ISO 9001:2012

B) Κάδοι απορριμμάτων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ
1	Κάδος απορριμμάτων, inox, με πεντάλ, 30 L	8
2	Κάδος απορριμμάτων, inox, με πεντάλ, 20 L	7
3	Κάδος πλαστικός, με πεντάλ, 240 L	1
4	Κάδος με σταχτοδοχείο, inox, 12 L	6

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Να αναφέρετε εξωτερικά στην προσφορά σας τον Αριθμό Πρόσκλησης (Θα τον βρείτε κάτω από τον Αρ. Πρωτοκ.)
2. Να αναφέρετε την Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.
3. Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς σας να είναι 180 ημερολογιακές ημέρες.
4. **Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 3/6/2019 και ώρα 14:00 στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν.Μ. Σπάρτης.**
5. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

6. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν αξιολογούνται.
7. Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας είτε για κάθε είδος ξεχωριστά.
8. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο www.hosplak.gr, στο www.eprocurement.gov.gr και έχει αποσταλεί στο Επιμελητήριο Λακωνίας με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail).

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ *α.α.*

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ. Υ.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΠΗΛΙΩΤΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ