



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 17/05/2021

Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/4616

Αρ. Προσφοράς : 28

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Βαλιώτη Ε. Τηλέφωνο 27310-93200, Φαξ 27310-93164, <mailto:promithies@hosplak.gr>

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σε εκτέλεση των: α) η υπ' αρ. 13^{ης} /23-04-2021 ,θέμα 15^ο με ΑΔΑ: 6Θ8Δ46907Η-ΒΟΔ Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
γ) η υπ' αρ. 203 με ΑΔΑ:ΩΧ2Ρ46907Η-Ι7Β Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης, το Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια: α) Οξύμετρα , β) Αναλογικά πιεσόμετρα (Μανόμετρα) ,για τις ανάγκες του τμήματος ΤΕΠ Covid-19 και άλλων τμημάτων του Γ.Ν. Λακωνίας- Ν.Μ Σπάρτη με CPV: 33141620-2 προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.050.00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, όπως περιγράφονται παρακάτω :

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
|-----|--|-----------------|--------------------|
| 1 | ΟΞΥΜΕΤΡΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 |
| 2 | ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ (ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ) ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Είδος Οξύμετρα:

- Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
- Να είναι αντοχής, για συχνή χρήση και από πολλούς χρήστες.
- Να έχει εύρος μέτρησης της παλμικής οξυμετρίας από 60-99% περίπου. Να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα στην μέτρηση. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση οι σχετικές κλίμακες ακρίβειας μέτρησης ανά κλίμακα τιμών παλμικής οξυμετρίας.
- Να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφρύ.

- Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη OLED (για ευκρίνεια και ευκολία στην ανάγνωση των τιμών), με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και αυτόματη και γρήγορη απενεργοποίηση (μετά την απομάκρυνση από το δάκτυλο).
 - Η παλμική οξυμετρία να εμφανίζεται με αριθμητική τιμή και με γραφικό τρόπο στην οθόνη. Επιπλέον, στην οθόνη να απεικονίζεται με αριθμητική τιμή και ο αριθμός καρδιακών παλμών (σφύξεων) του ασθενή.
 - Να έχει απαραίτητα ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
 - Να διαθέτει δική του θήκη προστασίας.
 - Να διαθέτει ιμάντα συγκράτησης με άγκιστρο ζώνης.
 - Η εγγύηση καλής λειτουργίας να είναι για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
 - Να τροφοδοτείται από αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους AAA (έως δύο τεμάχια)
 - Οι οδηγίες χρήσης να είναι και στην Ελληνική Γλώσσα.
 - Να κατατεθούν τα τεχνικά φυλλάδια-prospectus του κατασκευαστικού οίκου για το προσφερόμενο είδος.
 - Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει μαζί με την προσφορά να κατατεθούν τα ανάλογα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στην κατηγορία στην οποία έχει ταξινομηθεί το εν λόγω προϊόν. Το προσφερόμενο προϊόν να διαθέτει απαραίτητα σήμανση CE Mark από πιστοποιημένο οργανισμό.
 - Να κατατεθεί ISO 13485 του κατασκευαστικού οίκου.
 - Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης.
 - Επί ποινής απόρριψης να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση, το οποίο θα επιστραφεί μετά το τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας.
- 2. Είδος αναλογικά πιεσόμετρα (Μανόμετρα) μονού αυλού:** Να είναι κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση
- Να αποτελείται από περιχειρίδα, μανόμετρο ως ενιαία συσκευή με το πουάρ (φούσκα) και την βαλβίδα για μεγαλύτερη ακρίβεια.
 - Να είναι εύχρηστα, ανθεκτικά στα χτυπήματα και ελεύθερα από λάτεξ,

- Το μανόμετρο να είναι ανθεκτικό στην πίεση, να διαθέτει μικροφίλτρο το οποίο να προστατεύει τη βαλβίδα και το μανόμετρο από σκόνες ή ξένα σωματίδια. Η βαλβίδα να παρέχει ακρίβεια διαφυγής του αέρα (χωρίς διαρροές), να έχει ανθεκτικότητα και ελεγχόμενη μείωση της πίεσης στην μέτρηση.
- Να διαθέτει μονό σωλήνα με σύστημα διανομής της πίεσης του αέρα, το οποίο να ελέγχει με ακρίβεια την ροή, (όταν αυξάνεται η πίεση αέρα μέσα στο μανόμετρο) για μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια του μανόμετρου.
- Να είναι κατασκευασμένο (το μανόμετρο) με διπλά τοιχώματα από πολύ ανθεκτικό θερμοπλαστικό υλικό, να διαθέτει ελαστικό δακτύλιο για την προστασία του από κραδασμούς και πτώση.
- Το κατράν να είναι ευκρινές και μεγάλης διαμέτρου (περίπου 55 mm), για εύκολη ανάγνωση, με δείκτη καλιμπρασμένο με ακρίβεια, υψηλής ποιότητας.
- Η κλίμακα μέτρησης πίεσης να έχει εύρος από 0-300mmHg, με ακρίβεια $\pm 3\%$
- Να διαθέτει πουάρ καλής ποιότητας ελαστικού, εύχρηστο στις πιέσεις των χεριών.
- Να διαθέτει περιχειρίδα εξαιρετικής ποιότητας (μονού σωλήνα), **πλενόμενη** με κλείσιμο Velcro, **ενηλίκων**.
- Διαστάσεις περιχειρίδας: 60x 15 εκ περίπου.
- Το πιεσόμετρο να διαθέτει θήκη και ανταλλακτικά.
- Εγγύηση καλής λειτουργίας μεγαλύτερη ή ίση των δύο ετών.

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(A/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/A/26-03-2014) , στην οποία θα δηλώνεται:
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
 - Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
 - Χρόνος ισχύος της προσφοράς εκατόν είκοσι 120 ημέρες.
- α)Φορολογική ενημερότητα, β)Ασφαλιστική ενημερότητα

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hosplak.gr και στο <http://eprocurement.gov.gr>. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η παράδοση των ειδών θα είναι εφάπαξ κατόπιν παραγγελίας εντός τριάντα (30) ημερών.

3. **ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:** είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

- Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά» της εταιρείας
Με Αρ. Προσφοράς 28, Υπόψη κ. Βαλιώτη Ε. Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης Τ.Κ: 231 00 Σπάρτη Λακωνίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις **28-05-2021** και ώρα 13:00 στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Σπάρτης.
- **Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.**

5. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από : Του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- Του ν. 4605/01-04-2019 (Α'52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.
- Του ν. 4782/09-03-2021 (Α' 36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΕΥΔΟΞΙΑ