



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 18 /10/2021  
Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/10674  
Αρ. Προσφοράς : 46

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κα. Βαλιώτη Ε. Τηλέφωνο 27310-93200, Φαξ 27310-93164, <mailto:promithies@hosplak.gr>

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**Θέμα:** Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Συνοπτικός Διαγωνισμός.

Σε εκτέλεση των: α) η υπ' αρ. **29<sup>ης</sup>/14-10-2021**, **θέμα 4<sup>ο</sup> με ΑΔΑ: Ψ6ΓΨ46907Η-ΩΤΕ** Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  
γ) η υπ' αρ. **198 με ΑΔΑ:9ΝΥ546907Η-ΘΞ7** Απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης, το Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την προμήθεια «Ιατρικών Αναλωσίμων», για τις ανάγκες των τμημάτων του Γ.Ν. Λακωνίας- Ν.Μ Σπάρτη με CPV: 33140000-3 προϋπολογισθείσας δαπάνης **7.605,00€** συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, όπως περιγράφονται παρακάτω :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΦΠ Α	ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ
1	ΣΑΚΟΙ ΕΜΕΣΜΑΤΩΝ	TEM	200	0,5200 €	104,00 €	24%	128,96 €
2	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ DIAL-A -FLO 0-250ML	TEM	2500	0,3362 €	840,50 €	24%	1.042,22 €
3	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΩΝ SITE Υ	TEM	10000	0,0960 €	960,00 €	24%	1.190,40 €
4	ΧΑΡΤΙ SONY UPC 21L ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡ/ΦΟ PHILIPS	TEM	6	93,4500 €	560,70 €	24%	695,27 €
5	JEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5 LT	TEM	8	5,2000 €	41,60 €	24%	51,58 €
6	ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	TEM	400	0,3300 €	132,00 €	24%	163,68 €
7	ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΩΝ	TEM	100	0,2400 €	24,00 €	24%	29,76 €
8	ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΡΙ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ	TEM	200	0,5800 €	116,00 €	24%	143,84 €
9	ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ	TEM	5000	0,0107 €	53,50 €	24%	66,34 €
10	ΛΑΒΙΔΕΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΩΝ	TEM	300	0,1240 €	37,20 €	24%	46,13 €
11	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 75CM. * 90CM	TEM	1000	1,2500 €	1.250,00 €	24%	1.550,00 €
12	ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 50CM * 50CM	TEM	500	0,6700 €	335,00 €	24%	415,40 €
13	ΠΑΚΕΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ	TEM	20	26,2000 €	524,00 €	24%	649,76 €

14	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	TEM	150	1,6500 €	247,50 €	13%	279,68 €
15	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ LEVIN ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	TEM	150	2,7500 €	412,50 €	13%	466,13 €
16	ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΤΙΕΜΜΑΝ FOLLEY	TEM	80	0,9000 €	72,00 €	13%	81,36 €
17	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY ΑΠΛΟΙ	TEM	100	2,7300 €	273,00 €	13%	308,49 €
18	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY ΑΠΛΟΙ	TEM	400	0,3200 €	128,00 €	13%	144,64 €
19	ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΝΕΛΑΤΟΝ ΤΙΕΜΜΑΝ	TEM	200	0,1520 €	30,40 €	13%	34,35 €
20	ΣΠΡΕΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 240ml	TEM	12	8,5000 €	102,00 €	13%	115,26 €
							<b>7.603,24 €</b>

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### 1.ΣΑΚΟΙ ΕΜΕΣΜΑΤΩΝ

- Ο σάκος να είναι πλαστικός
- Να περιέχει ειδικό υλικό που στερεοποιεί τα υγρά, μετατρέποντάς τα σε ζελέ και καταπολεμά την κακοσμία
- Να έχει κορδόνι για ασφαλές κλείσιμο
- **Να κατατεθεί δείγμα για αξιολόγηση**

### 2. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΥΘΜ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ DIAL-A -FLO 0-250ML

- Να έχουν ανθεκτικό διατηρητικό ρύγχος που να μην παραμορφώνεται κατά την διάτρηση του περιέκτη, καλυμμένο με πλαστικό πώμα, το οποίο να εφαρμόζει καλά στο ρύγχος και να μην αποχωρίζεται εύκολα από αυτό.
- Να έχουν δύο οπές, η μία θα οδηγεί το υγρό στον σταγονομετρικό θάλαμο και η άλλη θα είναι ο αεραγωγός που θα λειτουργεί επαρκώς με όλους τους τύπους των περιεκτών.
- Να φέρουν φίλτρο βακτηριοπροστατευτικό με βαλβίδα μονής κατεύθυνσης.
- Να έχουν σταγονομετρικό θάλαμο μέσα στον οποίο θα βρίσκεται ο μικροσταγονομετρητής
- Στο κάτω μέρος του θαλάμου να υπάρχει φίλτρο για την κατακράτηση μικροοργανισμών.
- Να έχουν εύχρηστο αριθμημένο ρυθμιστή ροής υγρών σε ml πλάγια από 5-250 ml/h.
- Οι διαβαθμίσεις τους να είναι πυκνοτήτων 10%-40% , ευανάγνωστες και να υπάρχουν διαβαθμίσεις για πολύ μικρές ροές καθώς και σήμανση για 12ωρη και 24ωρη έγχυση
- Το 1 ml ορού να αντιστοιχεί σε 60 μεγαλοσταγόνες
- Να έχουν ακρίβεια στην έγχυση και σταθερότητα.
- Ο σωλήνας της συσκευής να είναι εύκαμπτος, ίδιου πάχους , να μην τσακίζει και να έχει σφιγκτήρα ασφαλείας πριν το ρυθμιστή ροής.
- Να φέρει πλάγια διακλάδωση Y latex free για ταυτόχρονη χορήγηση υγρών, με καλής ποιότητας υλικό, έτσι ώστε να μην στάζει μετά από τρυπήματα. Επίσης να έχει προστατευτικό δακτύλιο για πρόληψη τραυματισμών του προσωπικού.
- Να καταλήγουν σε ελεύθερα περιστρεφόμενο luer lock, ώστε να μην μεταφέρονται κινήσεις στη φλέβα.
- Το τελικό άκρο να είναι καλυμμένο με καλά εφαρμοζόμενο πώμα που να μην αποχωρίζεται εύκολα.
- Το συνολικό μήκος της συσκευής να είναι τουλάχιστον 200 cm.
- Η συσκευή να διατίθεται σε συσκευασία real pack (μία πλευρά χαρτί και μία σελοφάν).

- Να είναι ατομικά συσκευασμένες, αποστειρωμένες και απαλλαγμένες πυρετογόνων.
- Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης.
- Να φέρει σήμανση CE.
- Οι οδηγίες χρήσεως της συσκευής να είναι στην ελληνική γλώσσα
- **Να κατατεθεί δείγμα για αξιολόγηση**

### **3. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΩΝ SITE Υ**

- Να είναι αποστειρωμένο, χωρίς πυρετογόνες και τοξικές ουσίες και μιας χρήσεως.
- Το ρύγχος διάτρησης να είναι κατάλληλο ως προς τη σκληρότητα και τη κωνικότητα, να μην παραμορφώνεται κατά τη διάτρηση του περιέκτη και να φέρει προστατευτικό κάλυμμα
- Ο αεραγωγός να φέρει φίλτρο ώστε να εμποδίζει την είσοδο των μικροβίων, το οποίο να διατηρεί ανεμπόδιστη τη ροή του υγρού
- Να διαθέτει σωλήνα εύκαμπτο, διαφανή και ισόπαχο που δεν θα τσακίζει κατά τη χρήση του. Να είναι υδρόφοβος και να μην επιτρέπει την παλλινδρόμηση του αέρα, με μήκος τουλάχιστον 1,80-2 μ.
- Ο αεροθάλαμος να είναι διαυγής και όχι θολός, με φίλτρο για την κατακράτηση σωματιδίων που δημιουργούνται κατά τη διάτρηση της φιάλης (σε ποσοστό περίπου 80%)
- Να έχει εύχρηστο ρυθμιστή ροής σταγόνων και πλάγια διακλάδωση τύπου ύψιλον
- Να μην περιέχει latex και να είναι από υλικό που να διασφαλίζει την απρόσκοπτη ροή και στο άκρο η υποδοχή να είναι τύπου luer lock, καλυμμένο με καλά εφαρμοζόμενο πώμα που να μην αποχωρίζεται εύκολα
- Το 1 ml ορού να αντιστοιχεί σε 20 μεγαλοσταγόνες
- Η συσκευή να διατίθεται σε συσκευασία real pack (μία πλευρά χαρτί και μία σελοφάν).
- Να αναγράφεται η ημερομηνία αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης.
- Να φέρει σήμανση CE.
- Να κατατεθεί δείγμα για αξιολόγηση

### **4. ΧΑΡΤΙ SONY UPC 21L ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΕΡ/ΦΟ PHILIPS**

- Θερμικό χαρτί , έγχρωμο, υψηλής ανάλυσης σε A6 μέγεθος , συμβατό με υπερηχογράφο PHILIPS
- Σε προστατευμένη συσκευασία από φως, θερμότητα και υγρασία
- Διαστάσεις χαρτιού: 144mm x 100mm
- Συσκευασία των 4 πακέτων + 4 μελανοταινίες
- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή ανά τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ.

### **5. JEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5 LT**

- Να είναι υπεραγώγιμο, υποαλλεργικό, υδατοδιαλυτό
- Να διατίθεται σε συσκευασία 5lt
- Να καθαρίζεται εύκολα και να μην αφήνει σημάδια ή αποχρωματισμούς
- Να έχει πιστοποίηση κατά ISO και CE mark

- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18)μήνες από την παράδοση

## **6. ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ**

- Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο, μαλακό και ελαφρύ πλαστικό υλικό
- Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής και ανατομική κατασκευή για το πηγούνι
- Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη, έτσι ώστε να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη παιδικών προσώπων
- Να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα και αυξομειούμενη ελαστική ταινία για καλύτερη συγκράτηση της μάσκας στη κεφαλή
- Να εφαρμόζει εύκολα και να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους τουλάχιστον 1,8 m και να εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο
- Να είναι σε ατομική συσκευασία
- Ο σωλήνας να είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90°, να μην διακόπτεται η παροχή O<sub>2</sub>
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση

## **7. ΜΑΣΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΩΝ**

- Να είναι κατασκευασμένη από διάφανο, μαλακό και ελαφρύ πλαστικό υλικό
- Να έχει πλάγιες οπές εκπνοής και ανατομική κατασκευή για το πηγούνι
- Η μάσκα να είναι ικανοποιητικά μεγάλη, έτσι ώστε να εφαρμόζει σε όλα τα μεγέθη παιδικών προσώπων
- Να διαθέτει μεταλλικό επιρρίνιο έλασμα και αυξομειούμενη ελαστική ταινία για καλύτερη συγκράτηση της μάσκας στη κεφαλή
- Να εφαρμόζει εύκολα και να συνδέεται με πλαστικό σωλήνα μήκους τουλάχιστον 1,8 m και να εφαρμόζει σε οποιοδήποτε ροόμετρο
- Να είναι σε ατομική συσκευασία
- Ο σωλήνας να είναι ειδικά κατασκευασμένος έτσι ώστε και σε περίπτωση κλίσεως 90°, να μην διακόπτεται η παροχή O<sub>2</sub>
- Να διαθέτει πιστοποίηση CE mark
- Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO
- Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος.
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση

## **8. ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΝΤΟΥΡΙ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ**

- Να είναι κατασκευασμένη από μη τοξικό πλαστικό υλικό, μαλακό και τα άκρα της να είναι κατάλληλα διαμορφωμένα προκειμένου να εξασφαλίζουν καλή εφαρμογή στο πρόσωπο του ασθενούς
- Να είναι διαφανής προκειμένου να εξασφαλίζει τον οπτικό έλεγχο κατά την χρήση της μάσκας
- Να διαθέτει δύο κυκλικές σπές και ένα επιρίνιο έλασμα και λάστιχο αυξομειούμενο για την καλύτερη στήριξη στο κεφάλι
- Να συνδέεται με κρικοειδή σωλήνα διαμέτρου 20-22mm περίπου και μήκους 15-17cm
- Να διαθέτει 6 βαλβίδες διαφόρων χρωμάτων για τη ρύθμιση ροής του οξυγόνου στο επιθυμητό επίπεδο (παροχή O<sub>2</sub> 21%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%, 60%)
- Να είναι μιας χρήσης και σε ατομική συσκευασία
- Να διαθέτει σωλήνα παροχής O<sub>2</sub> που να έχει μήκος τουλάχιστον 180 cm και ο οποίος να μην τσακίζει αν διπλωθεί κατά γωνία 90°
- Να έχει πιστοποίηση κατά ISO και CE mark. Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος
- Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση

## **9. ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ**

Γλωσσοπίεστρα ξύλινα, σε ατομική χάρτινη συσκευασία, αποστειρωμένα σε συσκευασία των 100

## **10. ΛΑΒΙΔΕΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΩΝ**

Για την απολίνωση του ομφάλιου λώρου των νεογνών, ανά ένα συσκευασμένα, σε αδιάβροχη, διαφανή, ανθεκτική, με οδοντωτές επιφάνειες πλήρως εφαιπόμενες, από σκληρό υποαλλεργικό υλικό, εύκολα χρησιμοποιούμενα.

## **11 & 12. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ**

Να είναι 3στρωμάτων (non woven και φιλμ) απορροφητικά και να μην σχίζονται.

## **13. ΠΑΚΕΤΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ**

Τα πεδία να είναι τριών στρωμάτων, να αποτελούνται από:

- Μembrάνη υψηλής ποιότητας για πλήρη αδιαπερατότητα υγρών και μικροβίων, κατάλληλης υφής για βέλτιστη σταθεροποίηση.
- Ένα απορροφητικό στρώμα παραγομένων υγρών και
- Ένα επιπλέον ενισχυμένο στρώμα υψηλής απορροφητικότητας για μέγιστη και ταχύτερη απορρόφηση των υγρών.

Το σετ να περιλαμβάνει:

- 1 ενισχυμένο κάλυμμα τραπέζιου εργαλείων (mayo) χειρουργείου 140 x 190 cm (±5cm).
- 1 αναδιπλούμενο κάλυμμα τραπέζιου εργαλειοδοσίας (mayo) 80 x 145 cm, (±5cm) αναδιπλούμενο.

- 1 αυτοκόλλητο ενισχυμένο χειρουργικό πεδίο 150 x 240 cm ( $\pm 5$ cm).
- 1 αυτοκόλλητο ενισχυμένο χειρουργικό πεδίο 200 x 175 cm ( $\pm 5$ cm).
- 2 αυτοκόλλητα ενισχυμένα χειρουργικά πεδία διαστάσεων 75 x 90 cm ( $\pm 5$ cm).
- 1 αυτοκόλλητη ταινία & 3 - 4 πετσέτες χειρός.

Το σετ να συμμορφώνεται με το πρότυπο EN13795. Τα αυτοκόλλητα να είναι φιλικά προς το δέρμα. Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/ΕΟΚ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Να έχει ταξινομηθεί ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης I.

Η διάρκεια της αποστείρωσης να είναι από 2 έως 5 χρόνια.

Τα σετ να περιέχονται σε ασφαλή συσκευασία για εύκολη αποθήκευση και μέγιστη προστασία του τελικού προϊόντος

#### **14. ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ LEVIN ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ**

1. Καθετήρες LENIN από P.V.C. ακτινοσκιερού, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 5 έως 75 cm.
2. Να είναι ατραυματικοί κλειστού άκρου με 4 πλάγιες οπές μήκους 125cm.
3. Να είναι αποστειρωμένοι, σε όλα τα μεγέθη. ( No8,10,12,14,16,18,20)

#### **15. ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ LEVIN ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ**

- Καθετήρες LENIN σίτισης, κατασκευασμένοι από P.V.C. ακτινοσκιερού, βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από τα 5 έως 75 cm.
- Να είναι ατραυματικοί ανοιχτού άκρου μήκους 125cm.
- Να είναι αποστειρωμένοι, σε όλα τα μεγέθη. (No 8,10,12,14,16,18,20) Να προσφέρονται όλων των διαμετρημάτων από 6-24cm.

#### **16. ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ TIEMMAN FOLLEY**

1. Καθετήρες FOLLEY με άκρο τύπου TIEMMAN δυο αυλών (2way). No8,10,12,14 ,14,16 18 20,22
2. Να είναι αυτοσυγκρατούμενοι.
3. Να έχουν υδροθάλαμο με ανθεκτικά τοιχώματα και χωρητικότητας 10-15ml.
4. Να φέρουν πλαστική βαλβίδα με μηχανισμό ασφαλείας luer-lock άκρο σύριγγας και να έχουν μήκος 40-42 cm.

#### **17. ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ FOLLEY ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ**

Καθετήρες FOLLEY 2 way από 100% σιλικόνη και να είναι απολύτως διαφανείς. Να έχουν υδροθάλαμο με ανθεκτικά τοιχώματα και χωρητικότητας 10-15 ml. Να φέρουν ενισχυμένο άκρο και ακτινοσκιερή γραμμή σε όλο το μήκος του καθετήρα και να έχουν μήκος 40-42 cm. No,10,12,14,16.18 20,22.

#### **18. ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ FOLLEY 2 WAY ΑΠΛΟΙ**

Καθετήρες Folley 2way απλοί από σιλικοναρισμένο Latex. Υδροθάλαμο με ανθεκτικά τοιχώματα 5-15ml με πλαστική βαλβίδα, μηχανισμό ασφαλείας για Luer & Luer Lock άκρο σύριγγας. No 8.10.12.14.16.18.20.22.

#### **19. ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ NELATON TIEMMAN**

Καθητήρες τύπου NELATON με άκρο τύπου TIEMMAN από P.V.C. διάφανοι, αποστειρωμένοι, μη τοξικοί, ατραυματικό κλειστού άκρου Να έχουν τουλάχιστον πλευρικές οπές ,ευρείες για καλή παροχέτευση. Νο. 6.8.10.12.14.16.18.20.22.24 Το υλικό τους να είναι αρκετά σκληρό ,ώστε να μη λυγίζουν ή να συμπιπτούν Τα τοιχώματά τους, μήκους 40cm περίπου.

## **20. ΣΠΡΕΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 240ml**

- Να είναι διαφανές και να στεγνώνει άμεσα πάνω στο δέρμα δημιουργώντας ένα ξηρό φιλμ το οποίο να τοποθετείται εύκολα και γρήγορα.
- Να είναι αεροδιαπερατό, ελαστικό και ευπροσάρμοστο και να αδιαβροχοποιεί το τραύμα.
- Να προστατεύει απο δευτερογενή μόλυνση.
- Να διατίθεται σε φιάλη αεροζόλ χωρίς να περιέχει προωθητικά.

## **1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

- **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(A/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/A/26-03-2014) , στην οποία θα δηλώνεται:
  - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
  - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
  - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
  - Παιραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
  - Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
  - Χρόνος ισχύος της προσφοράς εκατόν είκοσι 128 ημέρες.
    - Φορολογική & Ασφαλιστική ενημερότητα.
    - Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του εκπροσώπου/ων της εταιρείας.
    - Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ΓΕΜΗ που να συνοδεύεται από την ανακοίνωση .

## **2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ**

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής [www.hosplak.gr](http://www.hosplak.gr) και στο <http://eprocurement.gov.gr>. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η παράδοση των ειδών θα είναι κατόπιν έγγραφης παραγγελίας εντός χρονικού διαστήματος (5) ημερών .

## **3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:**

- Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής .
- **Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για κάθε είδος ξεχωριστά.**

#### **4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ**

- Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά» της εταιρείας .....  
Με Αρ. Προσφοράς 46, Υπόψη κ. Βαλιώτη Ε. Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης Τ.Κ: 231 00 Σπάρτη Λακωνίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις **29/10/2021** και ώρα 13:00 στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Σπάρτης.
- **Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.**
- Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 19η/14-07-2021 θέμα 12ο (ΑΔΑ ΨΦΘ946907Η-Φ7Δ) Απόφαση Δ.Σ.

#### **5. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**

- Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από : Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»
- Του ν. 4605/01-04-2019 (Α'52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.
- Του ν. 4782/09-03-2021 (Α' 36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

**ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΕΥΔΟΞΙΑ**