



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 19 / 9 / 2018

Αρ. Πρωτοκ: Φ / Λ / 17

ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 49

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικού Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Περικλής Σταυράκος τηλ.: 27310 21031 e-mail: ps@hospspa.gr

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΣΧΕΤ.: α) Η 17η/17-7-2018, θέμα 4ο (ΑΔΑ: 7ΜΒΛ46907Η-ΓΔΖ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Λακωνίας.

β) Η υπ' αρ. 274/17-9-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΓΟ46907Η-ΖΙ2) Απόφαση Δέσμευσης πίστωσης.

Σε εκτέλεση της ανωτέρω σχετικής (α) απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου, το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για:

(Α) Τρυπάνι μπαταρίας για τις ανάγκες των ορθοπαιδικών χειρουργικών επεμβάσεων
με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό με έμφαση στο συνολικό βάρος της χειρολαβής, ώστε να είναι εύχρηστο στο χειρουργό.
- Ο κινητήρας του τρυπανιού να είναι πλήρως σφραγισμένος.
- Να διαθέτει εύχρηστο και εύκολο σύστημα των συνδετικών και να μην απαιτεί λίπανση έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η συντήρησή του και η χρήση του.
- Η ταχύτητα περιστροφής του να είναι 0-650 Σ.Α.Λ. με περιστρεφόμενη ροπή 12,5 v/m.
- Να αποστειρώνεται με όλους τους γνωστούς τρόπους (υγρό κλίβανο, αέριο, πλάσμα).
- Να χρησιμοποιεί μη αποστειρώσιμη μπαταρία τελευταίας τεχνολογίας ιόντων λιθίου.
- Να παρέχονται με το τρυπάνι όλων των ειδών τα συνδετικά (Jacobs – Harris – ΑΟ) κατόπιν επιλογής.

(B) Πριόνι μπαταρίας για τις ανάγκες των ορθοπαιδικών χειρουργικών επεμβάσεων

με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό με έμφαση στο συνολικό βάρος της χειρολαβής ώστε να είναι εύχρηστο στο χειρουργό.
- Ο κινητήρας του πριονιού να είναι πλήρως σφραγισμένος.
- Να διαθέτει εύχρηστο και εύκολο σύστημα των συνδετικών και να μην απαιτεί λίπανση έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η συντήρησή του και η χρήση του.
- Η ταχύτητα περιστροφής του να είναι 0-18.000 Σ.Α.Λ. με ελεγχόμενη ταχύτητα ανάλογα με την πίεση που ασκεί ο χειρουργός.
- Ο θόρυβος κατά την χρήση να μην υπερβαίνει τα 75db σε μέγιστη απόδοση 10w.
- Να αποστειρώνεται με όλους τους γνωστούς τρόπους (υγρό κλίβανο, αέριο, πλάσμα).
- Να χρησιμοποιεί μη αποστειρώσιμη μπαταρία τελευταίας τεχνολογίας ιόντων λιθίου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1. Να αναφέρετε εξωτερικά στην προσφορά σας τον Αριθμό Πρόσκλησης (Θα τον βρείτε κάτω από τον Αρ. Πρωτοκ.)
2. Να αναφέρετε την Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.
3. Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς σας να είναι 180 ημερολογιακές ημέρες.
4. **Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 26 / 9 / 2018 και ώρα 14:00 στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν.Μ. Σπάρτης.**
5. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.
6. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν αξιολογούνται.
7. Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας είτε για κάθε είδος ξεχωριστά.
8. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο www.hosplak.gr, στο <http://www.eprocurement.gov.gr> και έχει αποσταλεί στο Επιμελητήριο Λακωνίας με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail).

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΤΣΑΒΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ