



## ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 19 / 12 / 2018

Αρ. Πρωτοκ: Φ / Λ / 17

**ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ : 69**

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικού Γραφείο Προμηθειών  
Πληροφορίες: Περικλής Σταυράκος τηλ.: 27310 21031 e-mail: [ps@hospspa.gr](mailto:ps@hospspa.gr)

**ΠΡΟΣ:** ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

**ΘΕΜΑ:** Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

**ΣΧΕΤ.:** α) Η 28η/14-11-2018, θέμα 6ο (ΑΔΑ: ΩΩ7Χ46907Η-ΜΤΗ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Λακωνίας.

β) Η υπ' αρ. 307/22-11-2018 (ΑΔΑ: ΨΠΛ346907Η-Π7) Απόφαση Δέσμευσης πίστωσης.

Σε εκτέλεση της σχετικής (α) το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για τα εξής:

(Α) Μαξιλάρια, τριακόσια (300) τεμάχια, με τα εξής χαρακτηριστικά:

- 1) Να είναι κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση.
- 2) Να είναι αντοχής, για συχνή χρήση και από πολλούς χρήστες.
- 3) Να είναι υποαλλεργικά, αντιμικροβιακά, το εξωτερικό ύφασμα να είναι 100% βαμβακερό και η γέμιση από 100% μικροΐνες (microfiber).
- 4) Διαστάσεις: 45 εκ. X 65 εκ.

**Επί ποινής απόρριψης να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση.**

(Β) Αναλογικά (Μανομετρικά) πιεσόμετρα, έντεκα (11) τεμάχια, με τα εξής χαρακτηριστικά:

- 1) Να είναι κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση.
- 2) Να αποτελούνται από περιχειρίδα, μανόμετρο ως ενιαία συσκευή με το πουάρ (φούσκα) και τη βαλβίδα για μεγαλύτερη ακρίβεια.

- 3) Να είναι εύχρηστα, ανθεκτικά στα χτυπήματα και ελεύθερα από λάτεξ.
  - 4) Να είναι ανθεκτικό στην πίεση, να διαθέτει μικροφίλτρο το οποίο να προστατεύει τη βαλβίδα και το μανόμετρο από σκόνες ή ξένα σωματίδια. Η βαλβίδα να παρέχει ακρίβεια διαφυγής του αέρα (χωρίς διαρροές), να έχει ανθεκτικότητα και ελεγχόμενη μείωση της πίεσης στη μέτρηση.
  - 5) Να διαθέτει μονό σωλήνα με σύστημα διανομής της πίεσης του αέρα, το οποίο να ελέγχει με ακρίβεια τη ροή, όταν αυξάνεται η πίεση αέρα μέσα στο μανόμετρο, για μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια του μανόμετρου.
  - 6) Να είναι κατασκευασμένο με διπλά τοιχώματα από πολύ ανθεκτικό θερμοπλαστικό υλικό, να διαθέτει ελαστικό δακτύλιο για την προστασία του από κραδασμούς και πτώσεις.
  - 7) Το καντράν να είναι ευκρινές και μεγάλης διαμέτρου (περίπου 55 mm), για εύκολη ανάγνωση, με δείκτη καλιμπραρισμένο με ακρίβεια, υψηλής ποιότητας.
  - 8) Η κλίμακα μέτρησης πίεσης να έχει εύρος από 0-300mmHg, με ακρίβεια  $\pm 3\%$ .
  - 9) Να διαθέτει πουάρ καλής ποιότητας ελαστικού, εύχρηστο στις πιέσεις των χεριών.
  - 10) Το πιεσόμετρο να διαθέτει θήκη και ανταλλακτικά.
  - 11) Εγγύηση καλής λειτουργίας μεγαλύτερη ή ίση των δύο ετών.
  - 12) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά να πληρούν την Ευρωπαϊκή – Κοινοτική Νομοθεσία.
  - 13) Να κατατεθούν τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου για το προσφερόμενο είδος.
  - 14) **Επί ποινής απόρριψης να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση**, το οποίο θα επιστραφεί μετά το τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας.
  - 15) Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης.
  - 16) Να διαθέτουν περιχειρίδα εξαιρετικής ποιότητας (μονού σωλήνα), **πλενόμενη με κλείσιμο Velcro, ενηλίκων.**
  - 17) Διαστάσεις περιχειρίδας: **60 εκ. X 15 εκ.** περίπου.
- (Γ) Αναλογικά (Μανομετρικά) πιεσόμετρα με περιχειρίδα για παχύσαρκους, τρία (3) τεμάχια, με τα εξής χαρακτηριστικά:
- 1) **έως και 15) :** όμοια με (B)
  - 16) Να διαθέτουν περιχειρίδα εξαιρετικής ποιότητας (μονού σωλήνα), **πλενόμενη με κλείσιμο Velcro, ενηλίκων για παχύσαρκους.**
  - 17) Διαστάσεις περιχειρίδας: **80 εκ. X 20 εκ.** περίπου.

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:**

1. Να αναφέρετε εξωτερικά στην προσφορά σας τον Αριθμό Πρόσκλησης (Θα τον βρείτε κάτω από τον Αρ. Πρωτοκ.)
2. Να αναφέρετε την Τιμή του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.
3. Η χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς σας να είναι 180 ημερολογιακές ημέρες.
4. **Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 24/12/2018 και ώρα 10:00 π.μ. στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν.Μ. Σπάρτης.**
5. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.
6. Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν αξιολογούνται.
7. Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας είτε για κάθε είδος ξεχωριστά.
8. Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο [www.hosplak.gr](http://www.hosplak.gr), στο <http://www.eprocurement.gov.gr> και έχει αποσταλεί στο Επιμελητήριο Λακωνίας με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail).

ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΤΣΑΒΕΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ